

Приложение №3
към Решение №15103/20.07.2020 г.

на номенклатурите от обособена позиция №2 "Консумативи за артроскопия", за които не е подадена нито една оферта за участие

№	Генерично наименование на лекарствените продукти / лекарствена форма/ количество активно вещество	Ед. Мярка	Прогнозно количество
Обособена позиция №2 - КОНСУМАТИВИ ЗА АРТРОСКОПИЯ			
45	Съшивател за менискус,предназначен за All inside техника, предварително зареден с нископрофилни РЕЕК импланти и 2-0 оплетени,полимерни,нерезорбируеми,сини на цвят конци	бр.	6
46	Имплант за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстните връзки,Заклучващият механизъм трябва да има поне четири точки.	бр.	4
47	Имплант за тибялна фиксация, който трябва да бъде от резорбируем материал PLLA или 30% бикалциев фосфат+ 70% PLDLA	бр.	8
48	Острие за остехондрален трансфер трансфер с диаметър 6, 8 ,10 mm	бр.	2
49	Безвъзлов биорезорбируем, биокомпозитен или РЕЕК анкер, вентилиран,с опция за поставяне на допълнителни конци в предния отвор, 2.9 x 15.5 mm, 3.5 x 19.5 mm, 4.75 x 19.1 mm, 4.75 x 24.5 mm	бр.	3
50	Титаниев анкер 2.8 x 11.7mm	бр.	3
51	Титаниев анкер 3.5 x 12.1 mm, 5x 15.5 mm, 5.5 x 15.5mm с 1 или 2 прикачени към него оплетен, полимерен, нерезорбируем конец	бр.	3
52	Биорезорбируем(PLDLA) или биокомпозитен(15% бета трикалциев фосфат и 85%PLLA) анкер с резба по цялата дължина , с размери 5.5x 14.7 mm с 2 прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конца	бр.	3
53	Система с два титаниеви бутона за фиксация при акромиоклавикуларни лускации	бр.	2
54	Оплетен, полимерен, нерезорбируем конец #2-0, #0 , #2 без и със назъбена игла	бр.	5
55	Примка Fibertape	бр.	3
56	Канюла с диаметър 8,25 мм и дължини 7 см и 9 см	бр.	3
57	Примка за захващане и извеждане на конец закривена под 45° и 90°, дясна и лява	бр.	3
58	Аблатор, 30°,50°,90°, XL,четка 90°, нископрофилен, с и без канал за аспирация	бр.	2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/
ДИРЕКТОР НА МИ - МВР
проф. д-р Ненчо Смилов, д.м.