ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег.№ 5785опм-29-5785р-2141....., екз. № 1.....

21.01..... 2020 г.

П Р О Т О К О Л №2

от работата на комисията, назначена със заповед № 5785опм-29-5785мпз-105/17.12.2019 г. на директора на НИК-МВР – г-жа Добринка Маркова, оправомощен Възложител, съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗОП, със заповед № 8121з-1236/04.10.2018 г. на министъра на вътрешните работи, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Закупуване на консумативи за ДНК профилиране на ДНК проби от лица-обекти на полицейска регистрация“**, с две обособени позиции: обособена позиция № 1 **„Реактиви за ДНК анализ“** и обособена позиция № 2 **„Консумативи за ДНК анализ“**, по проект - BG/ISF – SO5-NO2-A26 „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националните ДНК и АФИС бази данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)”, съфинансиран по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”

На 13.01.2020 г. в 10:00 часа на закрито заседание се събра комисията в непроменен състав, съгласно заповед № 5785опм-29-5785мпз-105/17.12.2019 г., със задача да разгледа техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на критериите за подбор, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията разгледа техническите предложения на участниците по реда на тяхното входиране при подаването на офертите както следва:

1. „Биосистеми“ ООД по обособена позиция 1

Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 2А от документацията - попълнено е коректно. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, считано от датата на сключване на договора: *29 календарни дни.*

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, поради което по аргумент на противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

2. „Химтекс“ ООД по обособена позиция 1

Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 2А.

Комисията разгледа подробно представеното техническо предложение, като констатира, че участникът не е предложил изчерпателно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, предвид следното:

1. За артикул 1 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участника“, участникът не е предложил изискваното от възложителя условие съгласно техническата спецификация, протеиназата К да бъде лиофилизирана.

2. За артикул 3 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „96 ямкови плаки - полипропиленови, подходящи за PCR“. Изискването на Възложителя за артикул 3 е ***„96 ямкови плаки - полипропиленови, подходящи за PCR и за 24-капилярен секвенатор 3500xL Applied Biosystems, с обем - 0.2 мл. безцветни, нестерилни, DNase-, RNase-, DNA- free, Non-Pyrogenic. съвместими с покривала модел 96 Well Full Plate Cover MicroAmp™ или еквивалентно/и”.***

3. За артикул 4 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Стативи за епруветки тип „Епендорф“ или еквивалентно/и, с обем 1.5/2 мл“. Изискването на Възложителя за артикул 4 е ***„Стативи за епруветки тип „Епендорф” или еквивалентно/и, с обем 1.5/2 мл (минимум 36 бр. гнезда), полипропиленови, автоклавируеми (от -20 до +121°C), с различни цветове“.***

4. За артикул 5 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Типчета за обеми от 0,1 до 10µl и с минимална дължина 40 мм, автоклавируеми“. Изискването на Възложителя за артикул 5 е ***„Типчета за обеми от 0,1 до 10 µl и с минимална дължина 40 мм, Human DNA-free, DNase-, RNase- и PCR inhibitor- free. полипропиленови, термоустойчиви при темп. до 121°C, съвместими с пипети тип Eppendorf Research и Thermo Scientific FinnPipette или еквивалентно/и“.***

5. За артикул 6 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Типчета за обеми от 2 до 200µl, автоклавируеми“. Изискването на Възложителя за артикул 6 е ***„Типчета за обеми от 2 до 200 µl, Human DNA-free, DNase-, RNase- и PCR inhibitor-free. полипропиленови, термоустойчиви при темп. до 121°C, съвместими с пипети тип Eppendorf Research и Thermo Scientific FinnPipette или еквивалентно/и.“***

6. За артикул 7 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Типчета за обеми от 50 до 1000µl, автоклавируеми“. Изискването на Възложителя за артикул 7 е ***„Типчета за обеми от 100 до 1000 µl, Human DNA-free, DNase-, RNase- и PCR inhibitors-free. полипропиленови, термоустойчиви при темп. до 121°C, съвместими с пипети тип Eppendorf Research и Thermo Scientific FinnPipette или еквивалентно/и.“***

7. За артикул 8 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Полипропиленови епруветки с обем 1,5 мл“. Изискването на Възложителя за артикул 8 е ***„Полипропиленови епруветки с обем 1,5 мл, с прикрепена плоска капачка, устойчиви при центрофугиране мин. до 30 000xg,***

<u>автоклавируеми до 121°C, Human DNA-free, DNase-, RNase-, и PCR inhibitors - free, Safe lock тип „Епендорф” или еквивалентно/и.</u>“

8. За артикул 9 от Предложението за изпълнение на поръчката, в графа „Предложено от участинка“, участникът е предложил „Медицински маски от нетъкан текстилен“. Изискването на Възложителя за артикул 9 е „Медицински маски <u>от нетъкан текстилен материал с ластични държачи за ушите</u>“.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. Участникът сам е изготвил офертата си и носи отговорност за нейното съдържание. В раздел IV.3) Допълнителна информация, т.2 изречение трето от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че *„ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на Възложителя, съгласно техническата спецификация“, както и че ще отстранява на основание чл. 107 от ЗОП“.*

Пропуските в предложението за изпълнение на поръчката касаят конкретни изисквания на възложителя, съгласно техническата спецификация. Декларирането от участника на всички условия е задължителна и необходима предпоставка за съответствие на офертата му, както и за продължаване участието му в процедурата.

Възложителят не е посочил, че ще приема варианти и представянето на такива в офертата е недопустимо.

Всяко отклонение на участника от зададените императивни изисквания на възложителя води до неотстранимо нарушение в офертата и е самостоятелно основание за отстраняване от обществената поръчка. Доколкото в предложението за изпълнение на поръчката липсват цели изисквани текстове за съответните артикули със специфични изисквания, същата се явява непълна. Допълването обаче на етапа на работа на комисията е невъзможно. Това е така, тъй като тези пороци не могат да се преодолеят чрез изменение и оттегляне на офертата, които са преклудирани по време, нито чрез използване на възможността за искане на разяснение по пътя на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, защото биха довели до промени в техническото предложение на участника.

Предвид горното, комисията предлага на възложителя, участникът **„Химтекс“ ООД** по обособена позиция 1 да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката - неговото предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.

Комисията не допуска до отваряне на ценовото предложение на участника на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.

3. „C§T България“ ЕООД *по обособена позиция 1*

Техническото предложение на участника включва Предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец № 2А от документацията - попълнено коректно. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, считано от датата на сключване на договора: *30 календарни дни.*

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, поради което по аргумент на противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП комисията го допуска до отваряне на ценовото му предложение.

Съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП комисията състави настоящия протокол.

Дата на съставяне на протокола: 21.01.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....

Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Станка Бакалова/

ЧЛЕНОВЕ

.....

Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Светлана Линкова/

.....

Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Гаврил Гагарев/

.....

Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Ивайло Чипински/

.....

Заличена информация съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

/Александра Ваклинова/