1040

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Рег. № 5785-00-7864....., екз. №...2
05.11.2019 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснения по условията на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет **„Закупуване на газхроматографи за НИК", по 2 обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър"; Позиция № 2: Доставка на газов хроматограф с масспектрометър,** (уникален номер на поръчката в РОП: 00752-2019-0032)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подадено в Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" – Министерство на вътрешните работи писмено искане за разяснение по обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на газхроматографи за НИК", по 2 обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър"; Позиция № 2: Доставка на газов хроматограф с масспектрометър** (уникален номер на поръчката в АОП: 00752-2019-0032), открита с решение № 5785мпр-79/07.10.2019 г. и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви уведомявам за следното:

Въпрос:

Към Обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър". В публикуваната техническа спецификация (Приложение № 2 от документацията), за показател номер по ред 1.14 е поставено изискване за „Квадропулен масспектрален детектор с възможност за работа в режим електронен удар и независимо нагряване на квадропула". отчитайки факта, че независимото нагряване на квадропула е необходимо само за кварцов квадропул, който се предлага от един единствен производител на масспектрометри на пазара, а останалите производители предлагат масспектрометри с квадропули, различни от кварцовите, за които не е необходимо независимо нагряване, но са еквивалентно техническо решение, което по никакъв начин не компрометира качеството на масспектралните детектори, моля да уточните дали ще приемете еквивалентно техническо предложение от участник, в което по този показател се предложи: квадропулен масспектрален детектор с възможност за работа в режим електронен удар без независимо нагряване на квадропула.

Разяснение по Въпроса:

Текстът в т. 1.14 на техническата спецификация е общ. В т.т. 1.17 до 1.25 са описани конкретните изисквания които следва да се покриват от масспектрометъра.

Следвайки чл. 49 и чл. 50 от ЗОП Възложителят ще приеме и други еквивалентни технически решения при положение че те покриват изискванията на т.т. 1.17-1.25 от техническата спецификация.

Направените по-горе разяснения по обществената поръчка се предоставят на заинтересованите лица, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП чрез профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/d0dd6737-4ab6-4f68-91c7-b215fff95739/zakupuvane-gazhromatografi-nik

Подписът е заличен на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР

СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ