МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Рег. № 5785р-549, екз. №1
09.01.2020 г.

П Р О Т О К О Л
№ 2

На 02.01.2020 г. от 10:00 часа в изпълнение на Решение № 5785мпр-79 от дата 07.10.2019 г. на директора на ДУССД – оправомощено длъжностно лице съгласно Заповед № 8121з-1171/21.09.2018г. на министъра на вътрешните работи за откриване на „открита" процедура по реда на ЗОП с предмет: „Закупуване на газхроматографи за НИК", по 2 обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър"; Позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър" (номер в АОП 00752-2019-0032) се събра на закрито заседание комисия, назначена със заповед № 5785мпз-96/14.11.2019 г. на директора на ДУССД-МВР, в сградата на ДУССД-МВР, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I" №124, в състав:

Председател:

Гергана Петрова, на длъжност главен експерт в сектор КД, ДУССД-МВР

и членове:

1.1. Кристина Генова, на длъжност гл. юрисконсулт в сектор ПНО, ДУССД-МВР,

1.2. Албена Търпанова, на длъжност гл. експерт в сектор ФПРБ, ДПУБ - МВР,

1.3. Иванка Грозданова Василева, на длъжност гл. експерт в сектор „Физико-химия", НИК-МВР,

1.4. Весела Маринова-Петрова, на длъжност началник сектор ЕКД, ГДНП – МВР,

със задача: да разгледа допълнително представените документи изискани с протокол № 1 и Техническите предложения на допуснатите до по-нататъшно участие оферти на участниците в „открита" процедура по реда на ЗОП с предмет: „Закупуване на газхроматографи за НИК", по 2 обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър"; Позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър".

След изтичането на посочения в Протокол № 1 с рег. №5785р-30774/17.12.2019 г. срок по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията продължи своята работа, при което установи:

В законоустановения срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е постъпил плик с допълнителни документи от участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София" КЧТ.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника документи и констатира следното:

1. „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София" КЧТ, ЕИК: 204923688:

Участникът „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ е представил документи с вх.№ 578500-9302/18.12.2019 г., с които разяснява че в представения сертификат ISO 9001:2015 с регистрационен №1012021135/7 е описано мястото на сертификация в България, гр. София. След като извърши проверка на декларираните данни, комисията прие, че представения сертификат ISO 9001:2015, в който фигурира като място на сертификация и българския клон на дружеството, комисията счита че при изпълнение на поръчката клонът на дружеството в България ще има на разположение ресурсите, на които се позовава, а именно декларираният сертификат ISO 9001:2015, издаден на Shimadzu Austria Handelsgesellschaft mbH. Същевременно с това и съгласно представения в офертата сертификат за качество ISO 9001:2015, издаден на Shimadzu Austria Handelsgesellschaft mbH е отбелязано, че едно от местата на сертификация е в гр. София, бул. „Черни Връх“ № 65 А, където е било седалището на участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ. След извършена служебна проверка в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, се установи, че седалището на участника е било на съответния отбелязан в сертификата адрес до 01.11.2019г. Към момента на подаване на офертата и към момента на прегледа на документите в офертата на участника, седалището на дружеството е на адрес: ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 17, бл. 2, ет. 6, ап. 11. В представеното разяснение се съдържат данни, че новото седалище на клона на чуждестранно лице ще бъде включен в сертификата за качество ISO 9001:2015, издаден на Shimadzu Austria Handelsgesellschaft mbH, едва след преминаване на вътрешен одит, насрочен за месец 07.2020г.

Предвид гореизложеното и поради факта, че в сертификат за качество ISO 9001:2015 с регистрационен №1012021135/7 на Shimadzu Austria Handelsgesellschaft mbH като място на сертификация е посочено седалището на участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ към момента на сертификацията, комисията счита, че участникът изпълнява изискванията на възложителя да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Комисията установи че участникът е представил документи, които са налични, редовни и съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в обществената поръчка.

С оглед на горното комисията **допуска участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ до разглеждане на техническите му предложения.**

На същата дата на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, в закрито заседание комисията провери Предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участници за съответствието им с предварително обявените условия и констатира следното:

1.„АСМ2“ ЕООД, ЕИК: 121327440 – оферта с УРИ 5785опм-23-551006-оф-86/11.11.2019 г.:

По обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образец № 2.1. от документацията за участие.

Участникът потвърждава мястото на изпълнение на поръчката. Предлага минималният гаранционен срок на оборудването да е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс на обучение.

Участникът предлага скорост на загряване на пещта, в инт. 200 °C - 300 °C не по-ниска от 50 °C/min и скорост на охлаждане на пещта от 450°C до 50°C по-малко от 4 мин.

Участникът предлага пламъчно йонизационен детектор – чувствителност минимално детектируемо количество по-малко от 1,4 pg C/s и прецизност на инжектиране в хедспейс под 0,7% RSD.

При разглеждането на предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ за съответствието му с предварително обявените условия на поръчката комисията констатира следното:

В техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, в т.1.12 Възложителят е поставил следното изискване: „сплит/сплитлес инжектор осигурава сплит отношение покриващо интервала 10:1 – 500:1“. Участникът е предложил „до12500:1“, като не е посочил началния интервал.

В техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, в т.1.34 Възложителят е поставил следното изискване: „Автоматични пипети ръчни от 0,2 ml и 1 ml по 1 бр. и по 200 бр. накрайници за тях“. Участникът е предложил „Автоматични пипети ръчна от 0,02 ml до 0,2 ml по 1 бр. и по 200 броя накрайници за тях“. В предложеното от участника липсва автоматична пипета от 1 ml.

Останалите показатели, оферирани от участника, отговарят на изискванията на Възложителя.

Предвид изложеното по-горе, комисията констатира, че представеното от участника „АСМ2“ ЕООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АСМ2“ ЕООД, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в т.1.12 и в т. т.1.34 от техническата спецификация за обособена позиция №1, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на участника „АСМ2“ ЕООД по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“.

По обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образец № 2.2. от документацията за участие.

Участникът потвърждава мястото на изпълнение на поръчката. Предлага минималният гаранционен срок на оборудването да е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс на обучение.

Участникът предлага скорост на загряване на пещта, в инт. 200 °C - 300 °C не по-ниска от 50 °C/min и скорост на охлаждане на пещта от 450°C до 50°C по-малко от 4 мин.

Участникът декларира, че при предложеният газов хроматограф с масспектрометър може да се сменя йонния обем без разхерметизиране на масспектрометърът.

Участникът декларира, че масспектрометърът на предложеният апарат осигурява чувствителност при йонизация с електронен удар и въвеждане в колоната на 1pg октафлуорнафтален в режим FS (50-300 u) при маса 272 и газ носител Не дава отношение сигнал/щум над 1600 – 2000:1 и, че предложеният масспектрометър е с линеен обхват над 10^9.

При разглеждането на предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ за съответствието му с предварително обявените условия на поръчката комисията констатира следното:

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, в т.1.12 Възложителят е поставил следното изискване: „сплит/сплитлес инжектор осигурава сплит отношение покриващо интервала 10:1 – 500:1“. Участникът е предложил „до12500:1“, като не е посочил началния интервал.

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, в т.1.34 Възложителят е поставил следното изискване: „2 бр. колони за GS MS 5% фенил 95% метил полисилоксан 30 m/**0,25 mm**/0,25 um“. Участникът е предложил: „да TG-5MS GC column, 30m/**0,32mm**/0,25um. Така предложения от участника размер не отговаря на изискания от възложителя.

Останалите показатели, оферирани от участника, отговарят на изискванията на Възложителя.

Предвид изложеното по-горе, комисията констатира, че представеното от участника „АСМ2“ ЕООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от

документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АСМ2“ ЕООД, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в т.1.12 и в т. т.1.34 от техническата спецификация за обособена позиция №2, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на участника „АСМ2“ ЕООД по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“.

2.„Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ, ЕИК: 204923688 – оферта с УРИ 5785опм-23-551006-оф-87/12.11.2019 г.:

По обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образец № 2.1. от документацията за участие.

Участникът потвърждава мястото на изпълнение на поръчката. Предлага минималният гаранционен срок на оборудването да е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс на обучение.

Участникът предлага скорост на загряване на пещта, в инт. 200 °C - 300 °C от 45°C/min и скорост на охлаждане на пещта от 450°C до 50°C – 3,4 мин.

Участникът предлага пламъчно йонизационен детектор – чувствителност минимално детектируемо количество по-малко от 1,2 pg C/s и прецизност на инжектиране в хедспейс под 0,7% RSD.

При разглеждането на предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ за съответствието му с предварително обявените условия на поръчката комисията констатира следното:

В техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ в т. 6. Ремонт, подточка 6.5. Възложителят е посочил: “Всеки участник следва да приложи към техническото си предложение образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор следва да се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка. В образец № 2.1. от документацията за участие Възложителят е заложил изискването: в 12. „Към настоящото техническо предложение прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от същото“, а в т.12.2. „Образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка“.

Комисията констатира, че към представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката няма приложени образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

Предвид изложеното по-горе, комисията констатира, че представеното от участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ предложение за

изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в т.6. Ремонт, подточка 6.5. от техническата спецификация за обособена позиция №1, част от документацията и в т.12, подточка 12.2. в образец № 2.1. от документацията за участие и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“.

По обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образец № 2.2. от документацията за участие.

Участникът потвърждава мястото на изпълнение на поръчката. Предлага минималният гаранционен срок на оборудването да е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс на обучение.

Участникът предлага скорост на загряване на пещта, в инт. 200 °C - 300 °C от 45 °C/min и скорост на охлаждане на пещта от 450°C до 50°C от 3,4 мин.

Участникът декларира, че при предложеният газов хроматограф с масспектрометър не може да се сменя йонния обем без разхерметизиране на масспектрометъра.

Участникът декларира, че масспектрометърът на предложеният апарат осигурява чувствителност при йонизация с електронен удар и въвеждане в колоната на 1pg октафлуорнафтален в режим FS (50-300 u) при маса 272 и газ носител Не дава отношение сигнал/шум над 2000 и, че предложеният масспектрометър е с линеен обхват над $8x10^6$.

При разглеждането на предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ за съответствието му с предварително обявените условия на поръчката комисията констатира следното:

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ от документацията за участие, в т. 6. Ремонт, подточка 6.5.,

Възложителят е посочил: "Всеки участник следва да приложи към техническото си предлоцение образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор следва да се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка".

В образец № 2.2. от документацията за участие е посочено, в т. 12. „Към настоящото техническо предложение прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от същото", в подточка 12.2. Образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

Комисията констатира, че към представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката няма приложени образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

Предвид изложеното по-горе, комисията констатира, че представеното от участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София" КЧТ предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър" не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър" и в образец № 2.2. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София" КЧТ, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в т. 6. Ремонт, подточка 6.5. от техническата спецификация за обособена позиция №2, част от документацията и в т. 12, подточка 12.2. на образец № 2.2. от документацията за участие и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София" КЧТ по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър".

3.„Т.Е.А.М." ООД, ЕИК: 040215128 – оферта с УРИ 5785опм-23-551006-оф-88/12.11.2019 г.:

По обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър":

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на

поръчката в съответствие с образец № 2.1. от документацията за участие.

Участникът потвърждава мястото на изпълнение на поръчката. Предлага минималният гаранционен срок на оборудването да е 62 (шестдесет и два) месеца, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс на обучение.

Участникът предлага скорост на загряване на пещта, в инт. 200 °C - 300 °C от 45 °C/min и скорост на охлаждане на пещта от 450°C до 50°C - 4 мин.

Участникът предлага пламъчно йонизационен детектор – чувствителност минимално детектируемо количество по-малко от 1,4 pg C/s и прецизност на инжектиране в хедспейс под 0,7% RSD.

Предвид изложеното по-горе, и след разглеждане на предложенията на участника в предложението за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че представеното от участника „Т.Е.А.М." ООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър" съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

По аргумент на противното на чл. 57, ал. 1, във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията допуска „Т.Е.А.М." ООД до отваряне на ценовото му предложение по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър".

По обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър":

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образец № 2.2. от документацията за участие.

Участникът потвърждава мястото на изпълнение на поръчката. Предлага минималният гаранционен срок на оборудването да е 38 (тридесет и осем) месеца, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс на обучение.

Участникът предлага скорост на загряване на пещта, в инт. 200 °C - 300 °C от 45 °C/min и скорост на охлаждане на пещта от 450°C до 50°C - 4 мин.

Участникът декларира, че при предложеният газов хроматограф с масспектрометър не може да се сменя йонния обем без разхерметизиране на масспектрометърът.

Участникът декларира, че масспектрометърът на предложеният апарат осигурява чувствителност при йонизация с електронен удар и въвеждане в колоната на 1pg октафлуорнафтален в режим FS (50-300 u) при маса 272 и газ носител He дава отношение сигнал/шум над 1500 и, че предложеният масспектрометър е с линеен обхват над 10^6.

Предвид изложеното по-горе и след разглеждане на предложенията на участника в предложението за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че представеното от участника „Т.Е.А.М." ООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър" съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

По аргумент на противното на чл. 57, ал. 1, във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията допуска „Т.Е.А.М." ООД до отваряне на ценовото му предложение по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър".

4.„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ЕИК: 200998800 – оферта с УРИ 5785опм-23-551006-оф-89/12.11.2019 г.:

По обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър":

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образец № 2.1. от документацията за участие.

Участникът потвърждава мястото на изпълнение на поръчката. Предлага минималният гаранционен срок на оборудването да е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс на обучение.

Участникът предлага скорост на загряване на пещта, в инт. 200 °C - 300 °C не по-ниска от 55 °C/min и скорост на охлаждане на пещта от 450°C до 50°C – 3.2 мин.

Участникът предлага пламъчно йонизационен детектор – чувствителност минимално детектируемо количество по-малко от 1,1 pg C/s (за пропан или хептан) и прецизност на инжектиране в хедспейс под 0,7% RSD.

При разглеждането на предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ за съответствието му с предварително обявените условия на поръчката комисията констатира следното:

В техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, в т.1.25 Възложителят е поставил следното изискване: „Компютърна система със следните минимални характеристики: 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, минимум 23” FHD TFT LCD монитор, мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС, поне 2 бр. свободни USB порта единия 3.0, поне 1 свободен LAN порт, операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна, лазерен принтер“.

Комисията констатира, че в предложената от участника компютърна система липсва USB 3.0 и поне 1 свободен LAN порт.

Останалите показатели, оферирани от участника, отговарят на изискванията на Възложителя.

Предвид изложеното по-горе, комисията констатира, че представеното от участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в т.1.25 от техническата спецификация за обособена позиция №1, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска до отваряне ценовото

предложение на участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“.

По обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образец № 2.2. от документацията за участие.

Участникът потвърждава мястото на изпълнение на поръчката. Предлага минималният гаранционен срок на оборудването да е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс на обучение.

Участникът предлага скорост на загряване на пещта, в инт. 200 °C - 300 °C не по-ниска от 55 °C/min и скорост на охлаждане на пещта от 450°C до 50°C по-малко от 3.2 мин.

Участникът декларира, че при предложеният газов хроматограф с масспектрометър не може да се сменя йонния обем без разхерметизиране на масспектрометърът.

Участникът декларира, че масспектрометърът на предложеният апарат осигурява чувствителност при йонизация с електронен удар и въвеждане в колоната на 1pg октафлуорнафтален в режим FS (50-300 u) при маса 272 и газ носител Не дава отношение сигнал/шум над 2500:1 и, че предложеният масспектрометър е с линеен обхват над $8x10^6$.

При разглеждането на предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ за съответствието му с предварително обявените условия на поръчката комисията констатира следното:

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, в т.1.26 Възложителят е поставил следното изискване: „Аутосемплер за течни проби с капацитет мин. 8 шишенца от 2 ml, поне 2 шишенца от 10 ml за промивни разтвори (или 4 шишенца от 4 ml) и 1 шишенце 20 ml за отработен разтвор (или отвеждане на промивните разтвори във външен съд)“. Участникът е предложил: „Аутосемплър за течни проби с капацитет 22 шишенца от 2 ml (18 шишенца за течни проби + 4 шишенца за отпадък), 30 ml за промивни разтвори“, като **липсват шишенца от 10 ml.**

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, в т.1.31 Възложителят е поставил следното изискване: „Компютърна система със следните минимални характеристики: 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, минимум 23” FHD TFT LCD монитор, мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС, поне 2 бр. свободни USB порта единия 3.0, поне 1 свободен LAN порт, операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна, Microsoft Office пакет или еквивалентен, лазерен принтер с тонер за поне 5000 стр. NIST MS пълна версия – най-новата актуална която се предлага, или съдържаща еквивалентни, или по-богати по вид и брой масспектри библиотека. НИК-МВР разполага с NIST 2011 поради което се допуска и ъпгрейд ако това се позволява от предлагания софтуер за управление на системата газов хроматограф с масспектрометър“.

Комисията констатира, че в предложената от участника компютърна система липсва USB 3.0 и поне 1 свободен LAN порт.

Останалите показатели, оферирани от участника, отговарят на изискванията на Възложителя.

Предвид изложеното по-горе, комисията констатира, че представеното от участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена

позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в т.1.26 и в т. т.1.31 от техническата спецификация за обособена позиция №2, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“.

По аргумент на противното на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП комисията следва да отвори ценовите предложения на допуснатия участник, а на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовите предложения, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

На основание чл. 57, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията премина към оценяване на показателите за оценка, които обхващат параметри от техническите предложения на допуснатия до по-нататъшно участие в процедурата участник „Т.Е.А.М.“ ООД.

Оценяването се извършва по обособени позиции.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, комплексната оценка за **обособена позиция № 1** се изчислява, както следва:

Комплексната оценка се определя от следните компоненти при максимален брой точки 100:

- цена – относителна тежест 60% (максимален брой точки 60)

- гаранционен срок – относителна тежест 10% (максимален брой точки 10). Ако гаранционния срок е посочен в години, той се представя като 12 месеца за 1 година. Ако гаранционния срок е представен в дни, се преизчислява в месеци на база 30 дни за 1 месец. Ако е представен в седмици, се преизчислява в месеци на база 4 седмици за 1 месец. Ако гаранционния срок е над 60 месеца при изчислението се използва 60.

- качествени показатели – относителна тежест 30% (максимален брой точки 30)

Използва се следната формула:

$$К_{уч} = 60*(Ц_{мин}/Ц_{уч}) + 10*(Г_{уч}/Г_{макс}) + \sum К_i$$

Където:

$Ц_{мин}$ – най-ниската предложена цена;

$Ц_{уч}$ – цената предложена от съответния участник;

$Г_{уч}$ – гаранционния срок предложен от съответния участник;

$Г_{макс}$ – максималният предложен гаранционен срок;

$К_i$ – коефициенти характеризиращи качеството на предложената техника. Те са посочени в следната таблица:

№	Показател	Брой точки
1.	Ако скоростта на загряване на пещта на газовите хроматографи в инт. 200 °C -300 °C е не по-ниска от 45 °C/min	5
2.	Ако времето за охлаждане на пещта на газовите хроматографи от 450°C до 50°C е под 4,5 min	5
3	Ако минимално детектируемото количество на предложените пламъчно йонизационни детектори за газовите хроматографи е: В интервала 1,4 – 1,6 pg C/s под 1,4 pg C/s	 3 10
4	Прецизност на инжектиране в хедспейс: В интервала 0,7 – 0,8% RSD Под 0,7% RSD	 3 10

$\sum К_i$ – сбор от оценките по качествените показатели от таблицата

Оценяване по обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“:

Участник	Гаранционен срок в месеци	Показател №1 точки	Показател №2 точки	Показател №3 точки	Показател №4 точки
„Т.Е.А.М.“ ООД	62 мес. – 10 т.	5 т.	5 т.	10 т.	10 т.

Оценяването по показател гаранционен срок е равен на 10*(60/60) = 10 точки.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, комплексната оценка за **обособена позиция № 2** се изчислява, както следва:

Комплексната оценка се определя от следните компоненти при максимален брой точки 100:

- цена – относителна тежест 60% (максимален брой точки 60)

- гаранционен срок – относителна тежест 10% (максимален брой точки 10). Ако предложението предвижда гаранционен срок по-дълъг от 60 месеца във формулата се използва стойност 60 месеца. Ако гаранционния срок е посочен в години той се представя като 12 месеца за 1 година. Ако гаранционния срок е представен в дни се преизчислява в месеци на база 30 дни за 1 месец. Ако е представен в седмици се преизчислява в месеци на база 4 седмици

за 1 месец.

- качествени показатели – относителна тежест 30% (максимален брой точки 30)

$$Куч = 60*Цмин/Цуч + 10*Гуч/Гмакс + \sum Ki$$

Където:

Цмин – най-ниската предложена цена;

Цуч – цената предложена от съответния участник;

Гуч – гаранционния срок предложен от съответния участник;

Гмакс – максималният предложен гаранционен срок;

Кi – коефициенти характеризиращи качеството на предложената техника. Те са посочени в следната таблица:

№	Показател	Брой точки
1.	Ако скоростта на загряване на пещта на газовите хроматографи в инт. 200 °C -300 °C е не по-ниска от 45 °C/min	5
2.	Ако времето за охлаждане на пещта на газовите хроматографи от 450°C до 50°C е под 4,5 min	5
3.	Ако на предложеният в т. 1. от техническата спецификация газов хроматограф с масспектрометър може да се сменя йонния обем без разхерметизиране на масспектрометърът	5
4.	Ако масспектрометърът на предложеният апарат по т. 1.1 осигурява чувствителност при йонизация с електронен удар и въвеждане в колоната на 1pg октафлуорнафтален в режим FS (50-300 u) при маса 272 и газ носител Не дава отношение сигнал/шум: - в интервала 1400-1600 - над 1600	 5 10
5	Ако предложеният масспектрометър е с линеен обхват над 10^8	5

$\sum Ki$ - сбор от оценките по качествените показатели от таблицата

Оценяване по обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“:

Участник	Гаранционен срок в месеци	Показател №1 точки	Показател №2 точки	Показател №3 точки	Показател №4 точки	Показател №5 точки
„Т.Е.А.М.“ ООД	38 мес. – 10 т.	5 т.	5 т.	0 т.	5 т.	0 т.

Оценяването по показател гаранционен срок е равен на 10*(38/38) = 10 точки.

След като се извърши оценяване на показателите за оценка, които обхващат параметри от техническото предложение, комисията приключи заседанието си.

На основания чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, не по късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията ще обяви чрез съобщение в профила на

купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Комисията съставя настоящия протокол в изпълнение на законовото изискване на чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

Дата на съставяне на протокола: 08.01.2020 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..... Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

/ Георгана Петрова /

ЧЛЕНОВЕ:

1. Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

/ Кристина Генова /

2. ..... Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

/ Албена Търпанова /

3. Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

/ Иванка Василева /

4. ..... Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

/ Весела Маринова-Петрова /