

147

**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**  
**ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"**

**РЕШЕНИЕ**

№ ..... 5485 мпр-7 / 28.01 ..... 2020 г.

На основание чл. 108, т. 1 и чл. 106, ал. 6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от ЗОП и отразени резултати в утвърден доклад рег. № 5785p-1975/20.01.2020 г. на назначена със заповед № 5785мпз-96/14.11.2019 г. на директора на ДУССД комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в „открита“ по вид процедура по реда на ЗОП с предмет: „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по 2 обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“; Позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ (уникален номер на поръчката в РОП 00752-2019-0032) в съответствие с изискванията, поставени в обявление за поръчка с ID № 937403, публикувано в Регистъра на обществени поръчки на 10.10.2019 г. и документацията за обществената поръчка, одобрени с Решение № 5785мпр-79 от дата 07.10.2019 г. на директора на ДУССД,

**РЕШИХ:**

1. Приемам констатациите и мотивите, отразени в доклад рег. № 5785p-1975/20.01.2020 г. на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти и обявявам класирането на участниците съгласно предварително посочения в обявлението за обществената поръчка и документацията за обществената поръчка критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“, съобразно методиката за определяне на комплексната оценка, както следва:

1.1. По обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“:

1<sup>во</sup> място – „Т.Е.А.М.“ ООД с комплексна оценка 100 точки.

1.2. По обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“:

1<sup>во</sup> място – „Т.Е.А.М.“ ООД с комплексна оценка 85 точки.

2. На основание чл. 109 от ЗОП определям за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1 „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и по обособена позиция № 2 „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ класирания на първо място участник и по двете обособени позиции - „Т.Е.А.М.“ ООД.

3. Отстранявам от участие в процедурата следните участници:

3.1. „АСМ2“ ЕООД по обособена позиция №1 и по обособена позиция №2, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в техническата спецификация за обособена позиция №1 и

за обособена позиция №2, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотивите за отстраняването на участника „АСМ2“ ЕООД по обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ са, както следва:

В техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, в т.1.12 Възложителят е поставил следното изискване: „сплит/сплитлес инжектор осигурява сплит отношение покриващо интервала 10:1 – 500:1“. Участникът е предложил „до12500:1“, като не е посочил началния интервал.

В техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, в т.1.34 Възложителят е поставил следното изискване: „Автоматични пипети ръчни от 0,2 ml и 1 ml по 1 бр. и по 200 бр. накрайници за тях“. Участникът е предложил „Автоматични пипети ръчна от 0,02 ml до 0,2 ml по 1 бр. и по 200 броя накрайници за тях“. В предложеното от участника липсва автоматична пипета от 1 ml.

Предвид изложеното по-горе, представеното от участника „АСМ2“ ЕООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някои от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложили в техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотивите за отстраняването на участника „АСМ2“ ЕООД по обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ са, както следва:

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, в т.1.12 Възложителят е поставил следното изискване: „сплит/сплитлес инжектор осигурява сплит отношение покриващо интервала 10:1 – 500:1“. Участникът е предложил „до12500:1“, като не е посочил началния интервал.

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, в т.1.34 Възложителят е поставил следното изискване: „2 бр. колони за GS MS 5% фенил 95% метил полисилоксан 30 m/0,25 mm/0,25 um“. Участникът е предложил: „да TG-5MS GC column, 30m/0,32mm/0,25um. Така предложението от участника размер не отговаря на изискванията от

възложителя.

Предвид изложеното по-горе, представеното от участника „АСМ2“ ЕООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някои от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложили в техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3.2. „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ по обособена позиция №1 и по обособена позиция №2, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в техническата спецификация за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, част от документацията за участие и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотивите за отстраняването на участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ по обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ са, както следва:

В техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ в т. 6. Ремонт, подточка 6.5. Възложителят е посочил: „Всеки участник следва да приложи към техническото си предложение образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор следва да се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка. В образец № 2.1. от документацията за участие Възложителят е заложил изискването: в 12. „Към настоящото техническо предложение прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от същото“, а в т.12.2. „Образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка“.

Комисията е констатирила, че към представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката няма приложени образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

Предвид изложеното по-горе, представеното от участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт

м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотивите за отстраняването на участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ по обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ са, както следва:

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ от документацията за участие, в т. 6. Ремонт, подточка 6.5., Възложителят е посочил: „Всеки участник следва да приложи към техническото си предложение образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор следва да се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка“.

В образец № 2.2. от документацията за участие е посочено, в т. 12. „Към настоящото техническо предложение прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от същото“, в подточка 12.2. Образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

Комисията е констатирала, че към представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката няма приложени образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

Предвид изложеното по-горе, представеното от участника „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София“ КЧТ предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата,

участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някои от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3.3. „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция №1 и по обособена позиция №2, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не е изпълнил условия на възложителя, посочени в техническата спецификация за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотивите за отстраняването на участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ са, както следва:

В техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, в т.1.25 Възложителят е поставил следното изискване: „Компютърна система със следните минимални характеристики: 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, минимум 23" FHD TFT LCD монитор, мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС, поне 2 бр. свободни USB порта единия 3.0, поне 1 свободен LAN порт, операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна, лазерен принтер“.

Комисията е констатирила, че в предложената от участника компютърна система липсва USB 3.0 и поне 1 свободен LAN порт.

Предвид изложеното по-горе, представеното от участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някои от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация по обособена позиция № 1 - „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“ и в образец № 2.1. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотивите за отстраняването на участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ са, както следва:



В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, в т.1.26 Възложителят е поставил следното изискване: „Автосемплер за течни проби с капацитет мин. 8 шишенца от 2 ml, поне 2 шишенца от 10 ml за промивни разтвори (или 4 шишенца от 4 ml) и 1 шишенце 20 ml за отработен разтвор (или отвеждане на промивните разтвори във външен съд)“. Участникът е предложил: „Автосемплър за течни проби с капацитет 22 шишенца от 2 ml (18 шишенца за течни проби + 4 шишенца за отпадък), 30 ml за промивни разтвори“, като липсват шишенца от 10 ml.

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, в т.1.31 Възложителят е поставил следното изискване: „Компютърна система със следните минимални характеристики: 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, минимум 23" FHD TFT LCD монитор, мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС, поне 2 бр. свободни USB порта единия 3.0, поне 1 свободен LAN порт, операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна, Microsoft Office пакет или еквивалентен, лазерен принтер с тонер за поне 5000 стр. NIST MS пълна версия – най-новата актуална която се предлага, или съдържаща еквивалентни, или по-богати по вид и брой маспектри библиотека. НИК-МВР разполага с NIST 2011 поради което се допуска и ъпгрейд ако това се позволява от предлагания софтуер за управление на системата газов хроматограф с маспектрометър“.

Комисията е констатирила, че в предложената от участника компютърна система липсва USB 3.0 и поне 1 свободен LAN порт.

Предвид изложеното по-горе, представеното от участника „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ не съответства напълно с предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI.3, т. 4 от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил, че ще отстранява от участие в процедурата, участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някои от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Доколкото участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства напълно на изискванията на Възложителя, заложили в техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на газов хроматограф с маспектрометър“ и в образец № 2.2. от документацията за участие, то участникът не е изпълнил всички условия на възложителя от техническата спецификация, част от документацията и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

4. В тридневен срок от издаване на настоящето решение, същото да се изпрати на участниците в обществената поръчка.

5. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящето решение в деня на изпращането на участниците да се публикува в профила на купувача, заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

<https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/d0dd6737-4ab6-4f68-91c7-b215fff95739/zakupuvane-gazhromatografi-nik>

6. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР  
СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ

(Оправомощено длъжностно лице съгласно  
заповед № 8121з-1171/21.09.2018 г. на министъра  
на вътрешните работи)

Заличена информация на основание чл. 37 от  
ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)  
2016/679.