3053

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Рег. №548500-6068....., екз. №2..
.....02.09.....2019 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснения по условията на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на сертифицирани референтни материали за извършване на последваща проверка на анализатори за алкохол в дъха тип „Дрегер Alkotest - 7510, 7410/7410+" (уникален номер на поръчката в АОП: 00752-2019-0027)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" - Министерство на вътрешните работи (ДУССД-МВР) писмено искане за разяснение по обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на сертифицирани референтни материали за извършване на последваща проверка на анализатори за алкохол в дъха тип „Дрегер Alkotest - 7510, 7410/7410+" (уникален номер на поръчката в АОП: 00752-2019-0027), открита с решение № 5785мпр-61/21.08.2019 г. и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви уведомявам за следното:

Въпрос: „Бихме искали да участваме, но за съжаление заложеното от организатора условие за вида на опаковката ни ограничава. В т. 5 от техническата спецификация се определя само един вид опаковка - „стъклена бутилка". Референтните материали, които можем да предложи са в пластмасови бутилки по 500 мл., двойно запечатани. Ползват се като еталонни течности за проверка на алкохол анализатори в много страни и от много производители, включително и от Drager Safety.

Отговор: В т. 5 от техническата спецификация е заложена стъклена бутилка, поради това, че - стъклените бутилки в които се съхраняват Сертифицираните референтни материали (СРМ) са с висок клас на химическа честота, като по този начин се гарантира, че при отварянето на бутилките няма да се променят параметрите на СРМ останали в бутилките, които служат като еталони при калибрирането на анализаторите на алкохол в дъха. Така се гарантира, че пробите взети с приборите за алкохол няма да променят параметрите си в продължение на 6 месеца и ще останат в рамките на допустимото отклонение.

Заличена информация
съгл. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР
СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ
(оправомощено длъжностно лице съгласно заповед №8121з-1171/21.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи)