

2884

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег. № 578500-7484, екз. № 2

21. 11. 2017 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки“, Ви уведомяваме следното:

Въпрос 1:

Въпрос 1 по обособена позиция № 9 „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“ и по-конкретно поз. 2 – Лабораторен ламинарен бокс клас II – 1 бр.

Никъде в техническата спецификация на ламинарния бокс не са посочени приблизителни вътрешни или външни размери. Дори не е посочено дали същият трябва да бъде с едно или две работни места.

В тази връзка моля да посочите изискуеми приблизителни вътрешни или външни размери или пък брой работни места на ламинарния бокс. Това е много важен и основен технически параметър за един ламинарен бокс и смятаме, че е необходимо неговото конкретизиране, за да може ofertите, които получите, да отговарят на Вашите изисквания и съответно оферираният ламинарен бокс да може да покрие Вашите работни нужди.

Отговор на Въпрос 1:


В отговор на Вашия въпрос, Ви уведомявам следното:
Изисква се ламинарен бокс с едно работно място.

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП, настоящото разяснение се публикува в „Профил на купувача“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОБРИНКА ВОЛГОВА МАТЕКОВА

/оправомощена със заповед рег. № 81213-737/30.05.2017 г. на
министъра на вътрешните работи



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

