

2058

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег. № 51850ПМ-36-518500 / 2 екз.
Екз. №
30.11 2017 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки“**, по обособена позиция № 9 „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“, по проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 **„Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“**, Ви уведомяваме следното:

Въпрос 1:

Ще приемете ли ефикасност на HEPA филтъра 99,995%?

Отговор на въпрос 1:

Възложителят е посочил конкретна минимална стойност за ефективността на HEPA филтъра. Посочената стойност от 99,995% е по-ниска и съответно няма да бъде приета.

Въпрос 2:

Ще може ли да ни дадете приблизителни размери на ламинарния бокс?

Отговор на въпрос 2:

Ламинарния бокс е за едно работно място.

На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, настоящето разяснение се публикува в „Профила на купувача“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА ЦЕНК-МВР
ДОБРИНКА ВЕЛБОВА-МАРКОВА
(оправомощен възложител съгласно
заповед № 100/05.2017 г.)

