

III. КАЧЕСТВО

Чл. 5. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че оборудването предмет на доставката е ново, неизползвано и не е спряно от производство.

(3) Доставката следва да е придружена с Техническа документация/инструкция за ползване и сертификатите за качество на производителя.

IV. ЦЕНА

Чл. 6. (1) Общата стойност на договора е в размер на **14 000.00 лв.** (четиринадесет хиляди лева) без ДДС съответно **16 800.00 лв.** (шестнадесет хиляди и осемстотин лева) с ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Всички цени от Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора, включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и не подлежат на промяна.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси и претендира за допълнителни плащания или по-високи цени от посочените в ал. 1.

(4) В случай че се дължи освобождаване от митница на доставката – предмет на настоящия договор, освобождаването е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В цената по ал. 1 са включени всички транспортни разходи, такси, магазинаж, мита и застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение посочено в чл. 4 на настоящия договор.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 20 с банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол и оригинална фактура; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналната фактура в срок до 3 дни след подписване на протокола по чл. 20, ал. 8.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по банков път чрез банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

IBAN: BG09 UNCR 9660 1037 9234 10

BIC: UNCRBGSF


БАНКА: Уникредит Булбанк, София

(2) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект **BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания” – съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”**.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ” 2014-2020



двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителя се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговорената цена при изпълнение на поръчка в размера и при условията на този договор.

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнената поръчка;

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 11. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни насрещното си задължение по договора.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да осъществи доставка, монтаж, инсталация и да въведе в експлоатация оборудването, съгласно приложените към договора Техническа спецификация, ценова оферта и техническото предложение, и да проведе обучение на персонала на НИК-МВР на мястото посочено в чл. 4; Времето и графика на обучение се съгласуват писмено между страните, като Изпълнителят осигурява присъствие на обучаващите лица за договорените в графика период и часове. За извършеното обучение страните или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол.

3. да изпълни доставката, пълно, точно, и качествено, в срока, определен по този договор и при спазване на действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

4. да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на изпълнението на договора.

5. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността и риска върху техническото оборудване при доставянето му след подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

6. да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на текущ контрол и да предоставя информация за хода на изпълнението.


7. да организира транспортирането, разтоварването, монтирането, тестването и пускането в експлоатация на доставката за своя сметка.

8. да предоставя гаранционно обслужване при условията на този договор;

9. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020



предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

10. да съдейства на националните или други компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране)

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

13. При изпълнение поръчката да спазва всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на грантовото споразумение.

14. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка.

15. Да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.

16. Изпълнителят се задължава да спазва режима на достъп и правилата за вътрешен ред и безопасност на работа в помещенията на Възложителя.

17. При изпълнение на възложената му с този Договор работа, Изпълнителят се задължава да не нарушава авторските и другите сродни права на трети лица и да спазва всички разпоредби на действащото българско законодателство във връзка със защита на правата на интелектуална собственост на трети лица. Изпълнителят гарантира, че Софтуерните продукти, така както са доставени не накърняват никакви права на интелектуална собственост, притежавани от трети лица. Изпълнителят гарантира, че притежава всички необходими права на интелектуална собственост или за своя сметка ще осигури законосъобразно придобиване на всички права и други съгласия, необходими му за изпълнение на предмета на Договора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно Техническото предложение.

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да откаже да приеме доставеното техническо оборудване, ако открие недостатъци в него или несъответствия между него и изискванията на този договор.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020



1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
2. да приеме доставеното техническо оборудване;
3. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора;
4. да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата информация и съдействие, които са поискани във връзка с изпълнението на дейностите по договора.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора без ДДС, равна на **700.00 лв.** /седемстотин лева/.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранцията под формата на парична сума, тя следва да бъде преведена в определения размер по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01, BIC Code: BNBGBGSD, „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, адрес пл. „Княз Александър I“ № 1, на името на „Министерство на вътрешните работи“.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранцията под формата на банкова гаранция, същата трябва да е оригинална, безусловна, неотменима и със срок на валидност 30 дни след изтичане на гаранционния срок, посочен в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.


(5) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Половината от гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на протокола по чл. 20, ал. 8. Остатъкът от гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок и точното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато договърът е прекратен преди неговото изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след неговото прекратяване, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



срок на изпълнение на договора, плюс гаранционния срок, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане за изплащане на застраховката в пълен размер.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел XI от този договор.

IX. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 16. (1) Гаранционният срок на доставката е 36 (тридесет и шест) месеца, като започва да тече от датата на подписването на протокола по чл. 20 ал. 8.

(2) Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) При поява на дефекти или технически проблеми в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме действия по: установяване на проблема с доставените изделия и да възстанови нормалната работоспособност на дефектиралите изделия в срок, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира и осигурява транспорта от клиента до сервиза и обратно, като поема изцяло разходите за тези дейности.

(3) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ товаро - разтоварните дейности и транспортът на изделията до сервиза и обратно са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Срокът за това е съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка на доставката в гаранционния срок и в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури контактна точка за подаване на заявки за сервизна услуга (ЗСУ). Достъпът до нея трябва да е осигурен чрез телефонен номер, факс и e-mail в Р България и не трябва да поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи или за телефони с добавена стойност.

(3) Контактната точка за подаване на ЗСУ е: телефон 02/9839649, 02/9313720, факс 02/9832211, e-mail office@elta90.eu



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020



(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури обслужване в рамките на работното време 8:30 до 17:30 в работни дни на всички постъпили ЗСУ.

(5) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подава ЗСУ, като съобщава серийния номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката.

Чл. 19. (1) Ремонтът се извършва с нови резервни части, модули и възли. Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна. Ремонтът трябва да се извърши за не повече от 20 (двадесет) работни дни от подаване на ЗСУ.

(2) В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата.

(3) Резервните части и модули необходими за отстраняването на повредите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. и обявените от производителя за консумативи;

(4) При всички сервизни действия, носещи опасност за работоспособността на компютърните системи да се прави архив и да се проверява наличието и състоянието на архивите;

(5) Повредени магнитни носители на информация не се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва текуща профилактика на доставената техника съгласно документацията. Всички необходими консумативи за извършване на профилактиката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Чл. 20. (1) Приемането на дейностите по чл. 1 се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 4. Приемане изпълнението на дейностите по договора се удостоверява, с двустранно подписан предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предавателно-приемателният протокол се подписва след представяне на подписан констативен протокол за проведени тестове.

(2) След получаване на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да я прегледа и ако констатира недостатъци или несъответствие с договореното, с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят двустранен констативен протокол за констатирани недостатъци/ несъответствия.

(3) След съставянето на двустранния констативен протокол по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да подмени изделията, за които има рекламация, и/или да отстрани констатираните недостатъци в съответствие с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата си оферта за своя сметка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ провеждат приемателни тестове на доставеното техническо оборудване, за което се подписва протокол между представители на страните по договора.



(5) В случай че не са открити недостатъци и/или несъответствия на доставката или други дейности, или същите бъдат отстранени по реда на ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписват предавателно - приемателни протоколи за тази част на доставката или дейностите по договора.

(6) След инсталиране на доставеното оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ демонстрира покриването на заложените в техническата спецификация и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ показатели. След постигане на заложените показатели се подписва протокол за въвеждане на оборудването в експлоатация. За всяко изделие се изготвя отделен протокол.

(7) След въвеждане в експлоатация на апаратурата се провежда обучение на служителите на НИК-МВР съгласно документацията. След приключването му се съставя протокол за обучение.

(8) След приключване на курса се съставя приемо-предавателен протокол за доставяне, инсталиране, въвеждане в експлоатация и проведено обучение за работа.

(9) Приемането на изпълнението на доставката по реда на ал. 8 не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за скрити недостатъци на доставените изделия, които не са могли да бъдат установени по реда на ал. 3. Рекламации относно скрити недостатъци се правят в седемдневен срок от откриването им, но не по-късно от гаранционния срок по чл.16.

(10) Страните определят оторизирани лица по договора, които да подписват предавателно-приемателните и констативните протоколи.

(11) Собствеността и рискът от случайно погиване на доставката преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписването на предавателно-приемателния протокол за приемане на доставката по ал. 8.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заведе на отчет всички активи, които са предмет на договора.

(13) След изтичането на гаранционния срок по член 16 се подписва окончателен предавателно-приемателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверяващ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е осъществил гаранционната поддръжка в сроковете по чл. 16 от настоящия договор.

XI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 21. При забавено изпълнение на отделни задължения по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 на сто за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет на сто) на сто от стойността на договора.

Чл. 22. При лошо изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора.

Чл. 23. При частично неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 24. Ако е в забава за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 25. При пълно виновно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер 20 (двадесет) на сто от цената по договора.



Чл. 26. (1) При прекратяване на договора по чл. 31, ал. 2, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При прекратяване на договора по чл. 31, ал. 2, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената и неразплатена доставка, доказана с фактура и предавателно-приемателен протокол.

Чл. 27. При прекратяване на договора по чл. 31, ал. 2, т. 1 страните не си дължат неустойки.

Чл. 28. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 29. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

ХІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 31. (1) Настоящият договор се прекратява с неговото изпълнение и след изтичане на гаранционния срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно в следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма, с което се уреждат и финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 14 (четирнадесет) дневно писмено предизвестие при виновно неизпълнение на задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

4. При констатирани нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно без предизвестие да прекрати действието на договора, когато:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши част или цялата доставка по чл. 1, ал. 1 в сроковете, договорени между страните или не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката с повече от 10 /десет/ дни, считано от деня следващ датата на изтичане на уговорения срок. В този случай



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения, неустойки и/или пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(4) Възложителят може да прекрати договора едностранно без предизвестие и с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

т. 1 При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задължение за гаранционна поддръжка в срока на гаранцията, както и при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционна поддръжка;

т. 2 при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за обучение на персонала на Възложителя;

Чл. 32. Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третира като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички информационни материали при доставка да включват в тях:

- Наименованието на проекта: „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF – SO5-NO1-A22 – съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”
- Флаг на Европейския съюз и Република България
- Пояснение: Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за вътрешна сигурност на Европейския съюз

XV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020



Чл. 37. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

XVI. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 38. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор в срок до 2026 година от приключване на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. (1) Страните по този договор могат да го допълват и изменят само в предвидените от закона случаи, по взаимно съгласие, изразено писмено.

(2) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 40. (1) Всички заявки, съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на договора са валидни, ако са направени в писмена форма на български език и са връчени лично срещу подпис, изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпратените по факс материали се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Директор на НИК-МВР, гр. София, бул. „Ал. Малинов” № 1, тел. + 359 2 982 90 06, факс + 359 2 982 91 21;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „ЕЛТА 90 М“ ООД, ул. „Дунав“ 19, ет. 1, ап. 2, 1000 София, тел: +359 2 983 96 49, факс: +359 2 983 22 11.

Чл. 41. (1) При промяна на посочени адреси, телефони и други координати и данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(2) Ако страната по договора не изпълни задължението си по ал. 1 се счита, че съобщенията са връчени редовно.

Чл. 42. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 43. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 44. Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация – 2 стр.;


2. Приложение № 2 – Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 20 стр.;

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 1 стр.;

Чл. 45. За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.




Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД 1. (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА НИК - МВР: ДОБРИНКА МАРКОВА Дата на подписване:  чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД (подпис), Лице, отговорно за счетоводните записвания:  <u>16.05.2018г.</u> Дата на подписване:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД (подпис и печат) УПРАВИТЕЛ: ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАМФИРОВ Дата на подписване:
--	--



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020



Проект: „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПОЛИЦЕЙСКОТО РАЗСЛЕДВАНЕ И КРИМИНАЛИСТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ BG/ISF – SO5-NO1-A22 – съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Посочените в техническите спецификации стойности са минимални.

Приложение № 1

Обособена позиция № 9 „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“

1. Лабораторен автоклав – 1 бр.

№	Показател	Изисквана стойност
1.1	Полезен обем на автоклава	Минимум 30 л.
1.2	Температура на стерилизация	115°C ÷ 135°C или по-широк
1.3	Програмируем	Програмиране температура и време за стерилизация
1.4	Температурен контрол	Дигитален панел с резолюция поне 1°C
1.5	Алармена система при неизправност и отворена врата	Звукова и светлинна
1.6	Предпазен клапан за налягането	да
1.7	Манометър	да
1.8	Ел. захранване	220-240V, 50Hz

Общи технически изисквания към лабораторен автоклав, описани в таблицата по-горе:


- Доставеният лабораторен автоклав следва да е нов, неупотребяван и да е в производствената листа на производителя.
- Да се предостави комплект на техническа документация на хартия за доставяната лабораторна техника.
- Всички предлагани уреди да имат CE-маркировка или декларация за съответствие съгласно ЕС норми

Общи изисквания относно дейностите по гаранцията:

- Гаранционен срок да бъде не по-малък от 36 месеца считано от датата на окончателния приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация.
- Изпълнителят е длъжен да осигури обслужване и поддръжка в рамките на гаранционния срок. Кандидатът осигурява една конкретна точка за заявяване на проблеми, в която са налични всички начини за подаване на заявката за сервизна услуга (ЗСУ) - телефон, факс, ел. поща.
- В рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява всички повреди до 20 /двадесет/ работни дни от уведомяването му.
- Ремонтът да се извършва с оригинални или нови съвместими резервни части от сертифициран инженер, за което сервизният специалист изготвя протокол за извършена сервизна услуга.



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2014-2020



- В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да гарантира, че няма да се наруши работоспособността или безопасността на системата.

- В рамките на гаранционния срок всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд, както и необходимите пътни и др. разноски са за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят извършва еднократно обучение на до 3 служители на НИК-МВР.

2. Лабораторен ламинарен бокс клас II – 1 бр.

№	Показател	Изисквана стойност
2.1	HEPA филтър	ефикасност 99,999% за частици 0,3 µm
2.2	Ел. контакти за 220V	поне два броя
2.3	Предно стъкло	с мотор
2.4	Контрол и аларма за спиране на въздушния поток	да
2.5	UV лампа	да
2.6	Осветление	минимум 650 Lux
2.7	Ел. захранване	220 - 240 V, 50 Hz

Общи технически изисквания към лабораторен ламинарен бокс, описани в таблицата по-горе:

- Доставеният лабораторен ламинарен бокс следва да е нов, неупотребяван и да е в производствената листа на производителя.
- Да се предостави комплект на техническа документация на хартия за доставяната лабораторна техника.
- Всички предлагани уреди да имат CE-маркировка или декларация за съответствие съгласно ЕС норми

Общи изисквания относно дейностите по гаранцията:

- Гаранционен срок да бъде не по-малък от 36 месеца считано от датата на окончателния приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация.
- Изпълнителят е длъжен да осигури обслужване и поддръжка в рамките на гаранционния срок. Кандидатът осигурява една конкретна точка за заявяване на проблеми, в която са налични всички начини за подаване на заявката за сервизна услуга (ЗСУ) - телефон, факс, ел. поща.
- В рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява всички повреди до 20 /двадесет/ работни дни от уведомяването му.
- Ремонтът да се извършва с оригинални или нови съвместими резервни части от сертифициран инженер, за което сервизният специалист изготвя протокол за извършена сервизна услуга.
- В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да гарантира, че няма да се наруши работоспособността или безопасността на системата.
- В рамките на гаранционния срок всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд, както и необходимите пътни и др. разноски са за сметка на Изпълнителя.
- Изпълнителят извършва еднократно обучение на до 6 служители на НИК-МВР.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки” по обособена позиция № 9 „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“, ние:

Елта90М ООД

/изписва се името на участника/

130469816

/БУЛСТАТ или ЕИК/

Гр. София, ул. Дунав 19, вх. А, ет.1, ап.2

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия, както следва:

1. Ще доставим лабораторен автоклав – 1 бр.

№	Показател	Изисквана стойност от Възложителя	Предложена стойност от Участника
1.1	Полезен обем на автоклава	Минимум 30 л.	Минимум 30 л.
1.2	Температура на стерилизация	115°C ÷ 135°C или по-широк	115°C ÷ 135°C или по-широк
1.3	Програмируем	Програмиране температура и време за стерилизация	Програмиране температура и време за стерилизация
1.4	Температурен контрол	Дигитален панел с резолюция поне 1°C	Дигитален панел с резолюция поне 1°C
1.5	Алармена система при неизправност и отворена врата	Звукова и светлинна	Звукова и светлинна
1.6	Предпазен клапан за налягането	да	да
1.7	Манометър	да	да
1.8	Ел. захранване	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz

2. Задължаваме се:


2.1. Доставеният лабораторен автоклав да е нов, неупотребяван и е в производствената листа на производителя.

2.2. Да предоставим комплект на техническа документация на хартия за доставяната лабораторна техника.

2.3. Всички предлагани уреди да имат СЕ-маркировка или декларация за съответствие съгласно ЕС норми.

2.4. Гаранционният срок да не е по-малък от 36 месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемателен протокол за въвеждане на изделията в експл. **чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД**

2.5. Да осигурим обслужване и поддръжка в рамките на гаранционния с



2.6. Да посочим контактна точка за заявяване на проблеми, в която да са налични всички начини за подаване на заявка за сервизна услуга (ЗСУ) - телефон, факс, e-mail.

2.7. В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме всички повреди до 20 работни дни от уведомяването.

2.8. Ремонтът ще се извършва с оригинални или нови съвместими резервни части, за което сервизният специалист изготвя протокол за извършена сервизна услуга.

2.9. В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, гарантираме, че няма да се наруши работоспособността или безопасността на системата.

2.10. В гаранционния срок всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката, както и необходимите пътни и др. разноски са за наша сметка.

2.11. Да проведем еднодневно обучение на 3 служители на НИК-МВР.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Декларирам, че сме запознати и ще изпълним всички точки от Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2. Приемам мястото на изпълнение гр. София, бул. „Ал. Малинов“ №1, НИК-МВР.

3. Приемам срока на изпълнение на доставката да е до 180 дни след сключване на договора.

4. Предлагаме гаранционен срок на доставяните стоки 36 месеца.

5. Контактната точка за заявяване на проблеми е: телефон, факс, имейл: Теодор Замфиров, тел: 02/ 9839649, 02/9313720 ; факс: 02/ 9832211; имейл: office@elta90.eu

2. Ще доставим лабораторен ламинарен бокс клас II – 1 бр.

№	Показател	Изисквана стойност от Възложителя	Предложена стойност от Убастника
2.1	НЕРА филтър	ефикасност 99,999% за частици 0,3 µm	ефикасност 99,999% за частици 0,3 µm
2.2	Ел. контакти за 220V	поне два броя	поне два броя
2.3	Предно стъкло	с мотор	с мотор
2.4	Контрол и аларма за спиране на въздушния поток	да	да
2.5	UV лампа	да	да
2.6	Осветление	минимум 650 Lux	минимум 650 Lux
2.7	Ел. захранване	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz

4. Задължаваме се:

4.1. Доставеният лабораторен бокс да е нов, неупотребяван и е в производствената листа на производителя.

4.2. Да предоставим комплект на техническа документация на хартия за доставяната лабораторна техника.

4.3. Всички предлагани уреди да имат СЕ-маркировка или декларация за съответствие съгласно ЕС норми.

4.4. Гаранционният срок да не е по-малък от 36 месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация.

4.5. Да осигурим обслужване и поддръжка в рамките на гаранционния срок.

4.6. Да посочим контактна точка за заявяване на проблеми, в която да са налични всички начини за подаване на заявка за сервизна услуга (ЗСУ) - телефон, факс, e-mail.

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



4.7. В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме всички повреди до 20 работни дни от уведомяването.

4.8. Ремонтът ще се извършва с оригинални или нови съвместими резервни части от сертифициран инженер, за което сервизният специалист ще изготвя протокол за извършена сервизна услуга.

4.9. В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, гарантираме, че няма да се наруши работоспособността или безопасността на системата.

4.10. В гаранционния срок всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката, както и необходимите пътни и др. разноски са за наша сметка.

4.11. Да проведем еднодневно обучение на 6 служители на НИК-МВР.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Декларирам, че сме запознати и ще изпълним всички точки от Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2. Приемам мястото на изпълнение гр. София, бул. „Ал. Малинов“ №1, НИК-МВР.

3. Приемам срока на изпълнение на доставката да е до 180 дни след сключване на договора.

4. Предлагаме гаранционен срок на доставяните стоки 36 месеца .

5. Контактната точка за заявяване на проблеми е: телефон, факс, имейл Теодор Замфиров, тел: 02/ 9839649, 02/9313720 ; факс: 02/ 9832211; имейл: office@elta90.eu

Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение:


1. Брошури и други подходящи материали, като посочат линк на сайта на производителя, на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от нас изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове се представят декларации от производителя, придружени с превод на български език, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

2.

Предложението за изпълнение на участника трябва да съдържа всички точки от техническата спецификация.

Дата: 11.12.2017

ПОДПИС и ПЕЧАТ: Теодор Замфиров



ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният: Теодор Иванов Замфиров

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ личн: **чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД** издадена на 30.12.2011 г. от МВР - София

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“ IV бл.454, вх. Г, ет.1, ап.25,

/постоянен адрес/

представляващ „ЕЛТА 90М“ ООД,

в качеството си на Управител,

/наименование на

юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

/длъжност/

седалище гр. София,

адрес на управление: ул. „Дунав“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 02/983 96 49/факс 02/983 22 11,

БУЛСТАТ/ЕИК 130469816,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение № 5785опм-36/31.10.2017 г. на Възложителя, заложи в приложения към документацията проект на договор, с предмет „Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки“ по обособена позиция № 9

„Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“

(изписва се наименованието на обособената позиция)


гр: София

дата: 11.12.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

/име и фамилия и подпис/
Теодор Замфиров

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.



ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки” по

обособена позиция № 9 „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“
(изписва се номера и наименованието на обособената позиция)

Долуподписаният: Теодор Иванов Замфиров

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ лична **чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД** издадена на 30.12.2011 г. от МВР - София

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“ IV бл.454, вх. Г, ет.1, ап.25,

/постоянен адрес/

представляващ „ЕЛТА 90М“ ООД,

в качеството си на Управител,

/наименование на

юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

/длъжност/

седалище гр. София,

адрес на управление: ул. „Дунав“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 02/983 96 49/факс 02/983 22 11,

БУЛСТАТ/ЕИК 130469816,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет „Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки”

гр: София

дата: 11.12.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

/име и фамилия и подпис/

Теодор Замфиров

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



Превод от английски език

BIOBASE
BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD
No.51, Саут Гонжи Роуд 51, Жинан, Китай 250100
www.biobase.cc

Сертификат за обучение за продукти на Biobase

С настоящото удостоверяваме, че Кристиан Гостанян от екипа на Елта 90М е обучен в продължение на 14 дни от Отдела за обслужване на Biobase за употребата, сервизното обслужване и ремонта на автоклави „Biobase“, шкафове с ламинарен поток, абсорбатори, центрофуги, сушилни и работни станции за патология.

Жинан, Шандонг, Китай


19.10.2017 г.

/подпис не се чете/


Печат на Biobase Biodustry (Шандонг) Co., Ltd.

Подписаната, Кристина Братойчева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страница.
Преводач:
Кристина Братойчева

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



BIOBASE

BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD

No.51 South Gongye Road, Jinan, China 250100

WEBSITE: www.biobase.cc

Biobase Product Training Certificate

We herewith certify that Kristiyan Gostanyan of Elta90M has been trained for 14 days by the Biobase Service Department in the use, servicing and repairing of Biobase Autoclaves, Laminar Flow Cabinets, Fume Goods, Centrifuges, Drying Ovens and Pathology Workstations

Jinan, Shandong, China

19.10.2017

[Handwritten signature]



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**
на Е. Д.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ
И СОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20..... г. / (ПОДПИС).....



Превод от английски език



Сертификат

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Техническото досие на посочената по-долу компания е проверено и одитът е извършен успешно.

В тази връзка като референтни са използвани Директива 2014/30/ЕС за електромагнитната съвместимост и Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение.

Наименование на компанията:

Jinan Biobase Biotech Co., Ltd.

Адрес на компанията:

No.51, South Gongye Road, Жинан, Провинция Шандонг, Китай

Съответстващи Директиви и Анекси:

Директива 2014/35/EU за оборудване с ниско напрежение

Директива 2014/30/EU за електромагнитната съвместимост

Съответстващи стандарти:

EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013

Наименование на продукта:

Шкафове за биологична безопасност

Номер и дата на доклада:

OUCE-SH-163282-01 -LVD/EMC

Марка/модел/Тип на продукта:

BSC-I 100IIA2-X, BSC-I 100IIB2-X, BSC-I 1200IIA2-Z,
BSC-I 1300IIA2-X, BSC-I 1300IIB2-X, BSC-I 500IIA2-X,
BSC-I 500IIB2-X, BSC-I 800IIA2-X, BSC-I 1800IIB2-X,
11229 BBC 86, 11230 BBC 86, 11231 BBC 86, 11234 BBC 86,
11235 BBC 86, 11236 BBC 86, 11240 BBC 86, BSC-4FA2,
BSC-3FA2, BSC-6FA2, BSC-4FB2, BSC-3FB2, BSC-6FB2

Сертификат №:

M.2016.201.Y2306

/подпис не се чете/

Дата на първоначалната оценка:

07.12.2016 г.

UDEM International Certification

Дата на регистрация:

08.12.2016 г.-

Auditing Training and Trade Co. Ltd.

Дата/№ на издаване:

Валидността на сертификата може да се провери на: www.udemltd.com.tr. "CE" марката, показана вдясно, може да се използва само на отговорността на производителя заедно с ЕС Декларация за съответствие с всички съответни директиви. Този Сертификат е притежание на UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Co. Ltd. и следва да му бъде върнат при поискване. Посочената по-горе компания трябва да съхранява копие от този сертификат за срок от 15 г. от неговата регистрация. Този сертификат се отнася само за продуктите, посочени по-горе, и UDEM трябва да бъде уведомен в случай на промени в продукта(ите).


Адрес: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya -

Анкара – Турция

Тел.: +90 0312 443 03 90 Факс: +90 0312 443 03 76

E-mail: info@udemltd.com.trwww.udemltd.com.tr

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Handwritten signature/initials in the top right corner.

Подписаната, Кристина Братойчева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 страници.

Преводач:

Кристина Братойчева

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Handwritten signature/initials next to the red text.




Handwritten mark or signature on the right side of the page.

Handwritten signature/initials at the bottom left.



чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД





CERTIFICATE

ATTESTATION CERTIFICATE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully.

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and
2014/35/EU Low Voltage Directives have been taken as references for these processes

Company Name : **Jinan Biobase Biotech Co., Ltd.**

Company Address : **No.51, South Gongye Road, Jinan, Shandong
Province, China**

Related Directives and Annex : **2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive**

Related Standards : **EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013**

Product Name : **Biological Safety Cabinets**

Report No and Date : **OUCE-SH-163282-01-LVD/EMC**

Product Brand/Model/Type : **BSC-1100IIA2-X, BSC-1100IIB2-X, BSC-1200IIA2-Z, BSC-1300IIA2-X,
BSC-1300IIB2-X, BSC-1500IIA2-X, BSC-1500IIB2-X, BSC-1800IIA2-X,
BSC-1800IIB2-X, 11229 BBC 86, 11230 BBC 86, 11231 BBC 86,
11234 BBC 86, 11235 BBC 86, 11236 BBC 86, 11240 BBC 86,
BSC-4FA2, BSC-3FA2, BSC-6FA2, BSC-4FB2, BSC-3FB2, BSC-6FB2**

чл. 2, ал. 2 от 33ЛД

Certificate Number : **M.2016.201.Y2306**

Initial Assessment Date : **07.12.2016**

Registration Date : **08.12.2016**

Reissue Date/No : -

чл. 2, ал. 2 от 33ЛД
UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Co. Ltd.

The validity of the certificate can be checked through www.udemltd.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Co. Ltd. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be noticed in case of any changes on the product(s)

Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURKEY

Phone: +90 0312 443 03 90 **Fax:** +90 0312 443 03 76

E-mail: info@udemltd.com.tr www.udemltd.com.tr



Превод от английски език

 ISET ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ	ISET S.r.l. Седалище и офисМ Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Моля (Мантуа) Тел. и факс: +39 (0)376 598963 iset@iset-italia.com www.iset-italia.eu Друж. кап. € 10.200,00 Дан. и ДДС № 02 332 750 369 Фирм. рег. 02 332 750 369 REA MN 0221098
Сертификат за съответствие	
1) Заявител: Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd. Mingshui Зона за икономическо развитие, Zhangqiu, гр. Жинан, Шандонг, Китай (Biobase Biodustry Park, кръстовище Jingshi East Road and Mingbu Road)	2) Сертификат №: IT021717BB150820S TCF (S) № TCF (14)-056-LVD
3) За справка: Прилагана Директива на ЕС: Директива 2006/95 / ЕС за оборудване с ниско напрежение Хармонизирани стандарти, които се прилагат: EN 61010-1:2010, EN 61010-2-040:2005	4) Знак за сертифициране на: ISET  ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ
5) Характеристики на продукта: BK Series Pressure Steam Sterilizer (Autoclave) /Стерилизатор с пара под налягане (Автоклав)/ Модел(и): BKM-Z12, BKM-Z16, BKM-Z18, BKM-Z24, BKM-Z50, BKQ-B30, BKQ-B50, BKQ-B75, BKQ-B100, BKQ-B120, BKQ-B150, BKQ-B200, BKQ-B300, BKQ-B400, BKQ-B 500, BKQ-Z30, BKQ-Z50, BKQ-Z75, BKQ-Z100, BKQ-Z120/BKQ-Z150, BKQ-Z200, BKQ-Z300, BKQ-Z400, BKQ-Z500	
Бележки: Потвърждението е извършено при доброволно подаване на заявка от производителя единствено на база на изготвените и предоставени от самия производител документи. Продукт(ите) съответства(т) на изискванията на знака за сертифициране на ISET съгласно неговите правила. За да осигури съответствието на продукта, производителят е отговорен да поддържа вътрешния производствен контрол. ISET не носи отговорност за всяко друго несъответствие на документи, продукти или тестови протоколи, които са били подложени на оценка. Въпреки това, маркировката и ЕС декларацията са задължение на производителя преди пускането на неговия(ите) продукт(и) на пазара. Производителят е задължен да предприеме всички необходими действия, изисквани от приложимите директиви & процедури.	
6) Издаден на: 20.08.2015 г. Валиден до: 12.02.2019 г.	
Мениджър по сертифицирането:	/подпис не се чете/ печат на ISET


Подписаната, Кристина Братойчева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач:

Кристина Братойчева

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД





ISTITUTO SERVIZI
EUROPEI TECNOLOGICI

ISET s.r.l.

Sede Legale e Uffici
Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN)
Tel. e fax +39 (0)376 598963
iset@iset-italia.com www.iset-italia.eu

Cap. soc. i.v.
Cod. Fisc. e P.IVA
Reg. Imprese
REA

€ 10.200,00
02 332 750 369
02 332 750 369
MN 0221098

PM

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificado de Conformidade - Сертификат соответствия - Konformitätserklärung

1) APPLICANT:

Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd.
Mingshui Economic Development Zone, Zhangqiu, Jinan
City, Shandong, China (Biobase Biodustry Park, Crossing
of Jingshi East Road and Mingbu Road)

2) CERTIFICATE NO.:

IT021717BB150820S

TCF(S) NO.:

TCF(14)-056-LVD

3) WITH REFERENCE TO EC DIRECTIVE APPLIED:

Low Voltage Directive 2006/95/EC

4) CERTIFICATION ISET MARK:



HARMONIZED STANDARDS APPLIED:

EN 61010-1:2010,
EN 61010-2-040:2005

5) PRODUCT CHARACTERISTICS: BK Series Pressure Steam Sterilizer (Autoclave)

MODEL(S): BKM-Z12, BKM-Z16, BKM-Z18, BKM-Z24, BKM-Z50, BKQ-B30, BKQ-B50, BKQ-B75,
BKQ-B100, BKQ-B120, BKQ-B150, BKQ-B200, BKQ-B300, BKQ-B400, BKQ-B 500,
BKQ-Z30, BKQ-Z50, BKQ-Z75, BKQ-Z100, BKQ-Z120, BKQ-Z150, BKQ-Z200,
BKQ-Z300, BKQ-Z400, BKQ-Z500


REMARK: The verification has been carried out on voluntary application of the manufacturer based only on the documents prepared and provided by the manufacturer itself. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ISET according to the ISET regulations. The manufacturer is responsible to maintain the internal production control to ensure the compliance of the product. ISET declines any liability with reference to any other noncompliance of documents, product or test report that have been submitted to evaluation. However marking and EC declaration are duties of the manufacturer before putting into service of its product(s) on market. The manufacturer is liable to take all the necessary actions required by the applicable directives & procedures. **CE**

6) DATE OF ISSUE: 08/20/2015

DATE OF EXPIRE: 02/12/2019

CERTIFICATION MANAGER

чл. 2, ал. 2 от 33ЛД



Превод от английски език

BIOBASE
BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD
No.51, Саут Гонжи Роуд 51, Жинан, Китай 250100
www.biobase.cc

Декларация

1. С настоящото декларираме, че автоклав, модел ВКМ Z45BIII, притежава следните технически спецификации:

- Полезен обем: 30 л/мин.
- Температура на стерилизация: 115° C ÷ 135° C или повече.
- Програмируеми температура и време за стерилизация.
- Цифров панел със резолюция мин. 1° C
- Звукова и визуална аларма, която показва неизправност или отворена врата.
- Предпазен вентил.
- Манометър
- Захранване: 220-240V, 50Hz

2. С настоящото ние декларираме, че шкафове за биологична безопасност, модел 11231BBC86, притежава следните технически спецификации:

- HEPA FILTER, с ефикасност 99.999% при 0.3µm
- Електрически контакти: мин. два
- Предно стъкло с моторизирано движение.
- Контрол и аларма за спиране на въздушния поток.
- UV лампа
- Осветеност: мин. 650 LUX
- Захранване: 220-240V, 50Hz

Дата: 8.12.2017 г.


Печат на Biobase Biodustry (Шандонг) Co., Ltd.

Подписаната, Кристина Братойчева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач:

Кристина Братойчева

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

BIOBASE

BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD

No.51 South Gongye Road, Jinan, China250100

WEBSITE: www.biobase.cc

[Handwritten signature]


Declaration

1. We herewith declare that autoclave model BKM Z45BIII have the following technical specifications:

- Useful volume: min. 30ltr.
- Temp of sterilization: 115°C ÷ 135°C or wider
- Programable temperature and time for sterilization
- Digital panel with resolution at least 1°C
- Sound and visual alarm to indicate malfunction or open door
- Pressure Safety valve
- Pressure gauge
- Power supply: 220-240V, 50Hz

2. We herewith declare that biosafety cabinet model 11231BBC86 have the following technical specifications:

- HEPA FILTER with efficiency 99.999% efficient at 0.3µm
- Electrical sockets : at least two
- Front window with motorized movement
- Control and alarm for stopping air flow
- UV Lamp
- Light: min. 650LUX
- Power supply: 220-240V, 50Hz



чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17

НАСТОЛЕН АВТОКЛАВ КЛАС Б СЕРИИ

ВКМ-VIII серии на автоклави са клас Б настолни автоклави.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВГРАДЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА/ОТВОРЕН ТИП

- а. Лесен за почистване резервоар за вода
- б. Мониторинг на качеството на водата
- в. Воден филтър
- г. Сензор за нивото на водата
- д. Директно пълнене на вода в резервоара

ИНТЕРФЕЙС

LCD дисплея може да показва температура, налягане, време, работен статус, грешки и алармена информация и т.н. Удобно е да се наблюдава статуса на стерилизация.

УСТРОЙСТВО ЗА СИГУРНОСТ

Система за сигурност по отношение на температурата, контрол и протекция за паровия генератор, защита против блокиране на вратата и двойна камера за защита при високо налягане, UPS

АВТОМАТИЧНА ВРАТА

ВКМ-Z18/24/45BIII серии въвеждат автоматична врата, улеснено опериране, предпазваща оператора от изгаряне

ЕФИКАСЕН ВАКУМ

Ефикасна вакумна система, безшумна, лимит на вакуума може да достигне -90KPa, висока скорост на вакуум, отлична работа на сушене, пълна стерилизация


НЯКОЛКО ТИПОВЕ ПРОГРАМИ

Програми за стерилизация: с и без опаковка, гума, N-quick, B-quick, приоритетни програми: BD&Helix, тест за изтичане. Допълнителни програми: подгряване, сушене, измиване

ВИСОКО ЕФИКАСЕН ПАРОВ ГЕНЕРАТОР

ВКМ-Z18/24/45BIII серии въвеждат мигновен паров генератор

Фил



ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пулсов вакуум, затопляне, стерилизация, отходни газове, пълен автомат при сушенето.

Камерата се нагрява от нагревател, спестяващ електричество и време

3 ВИДА КОШНИЦИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

МОДЕЛ ВКМ-Z45BII

Капацитет: 45 литра

Налягане: -0.1/0.3MPa

Температура: 144°C

Температура: 105°C- 138°C

Материал на камерата: неръждаема стомана

Стандартна кошница: тип Б

Ел. захранване: AC220V±10%, 50/60Hz


Ел. потребление: 5.8KW

Размер на камерата: Ø316x618mm

Външен размер: 830x640x550mm

Размер с опаковка: 1015x750x730mm

Тегло с опаковка: 140kg.



чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Table Top Autoclave Class B Series

BKM-B111 series sterilizer is a Class B table top sterilizer. As a type of high pressure sterilizer, it takes steam as its sterilization medium which is fast, safe and economic. They are common used in stomatology department, ophthalmology department, operating room and CSSD to make the sterilization for wrapped or unwrapped instrument, fabric, utensils, culture medium, unsealed liquid, etc.



BKM-Z18B(III)/Z4B(III)/45B(III)



BKM-Z60B(III)/80B(III)

Features:

- Built-in open type water tank
- a. Easy-clean open type water tank
- b. Water quality monitor
- c. Water filter inside
- d. Water level sensor
- e. A fully injected water tank can support repeated program running.



Brand-new operation interface

The LCD screen can display temperature, pressure, time, operating status, error and alarm information, etc. It is convenient for users to observe the sterilizer running status.

Multiple security protective device

Over temperature automatic protective device, multiple control and protection for steam generator, door safety interlock protection and dual chamber overpressure protection, electronic circuit safety device.

Automatic door

BKM-Z18/24/45B111 series adopt automatic door structure, fast and simple operation, protecting operators from scald. BKM-60/80B111 series adopt multipoint synchronous linkage pressing technology, reliable and durable.

Efficient vacuum

Efficient vacuum system, low working noise, vacuum lowest limit can reach over -90KPa, vacuum in high speed, perfect drying performance, thorough sterilization.

Multiple program types

Sterilization programs: Unwrapped, wrapped, rubber, user 01, N-quick, B-quick, prior test procedure.

Leakage test.

Auxiliary program: Preheat, drying, washing.

High-efficiency steam generator


Other features

Pulse vacuum, heating, sterilization, exhausting, vacuum drying totally automatic. The chamber is heated by film heater, saving energy and time.


Loading tray



Type A



Type B



Type C
(Optional for 45/60/80L)

Optional Configuration:

- Operation type: push-button operation or inductive operation
- Record type: built-in printer
- Electronic storage: USB flash disk
- Remote monitoring: Pad with android system

Technical Parameters:

Model	BKM-Z18B(III)	BKM-Z24B(III)	BKM-Z45B(III)	BKM-Z60B(III)	BKM-Z80B(III)
Capacity	18 L	24L	45L	60L	80L
Design Pressure(MPa)	-0.1/0.2MPa				
Design Temp.(℃)	144℃				
Temp. Range(℃)	105~138℃				
Chamber Material	Medical stainless steel 304				
Standard Loading Tray	Type A		Type B		
Power Supply	AC110/220V±10%, 50/60Hz		AC220V±10%, 50/60Hz		
Power Consumption	2.8KW	2.8KW	5.8KW	7.4KW	7.4KW
Chamber Size(mm)(Ø*H)	Ø250*350	Ø250*450	Ø316*618	Ø358*595	Ø358*717
External Size(W*D*H) mm	560*530*450	660*530*450	830*640*550	1002*730*560	1002*730*560
Package Size(W*D*H) mm	780*720*680	880*720*700	1015*750*730	1180*830*795	1180*830*795
Gross Weight(kg)	70	80	140	185	205

чл. 2, ал. 2 от 33ЛД

13/11/18

БИОСАН КЛАС 2 ЛАМИНАРЕН БОКС

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Малки размери, спестява място
2. Центробежен вентилатор
3. Моторизирано предно стъкло: предното стъкло е моторизирано за по-лесна работа с една ръка
4. Гласова функция: аларма за въздушна струя; аларма за време за смяна на филтъра, аларма за височина на предното стъкло
5. Функция за резервно време: това може да спести 30 минути изчакване след активиране на ламинарния бокс и време за стерилизация след края на работата
6. Дистанционно управление: Всяка функция може да бъде активирана до 6 метра отстояние от ламинарния бокс, което може да предпази оператора в случай на спешен случай
7. Голям LCD дисплей: Операторите могат да проверяват текущия статус на бокса в детайли, като например входящ и изходящ поток, температура и влажност, налягане при филтъра, време на работа на UV, индикатор на живота на филтъра и др.
8. В случай на спешен случай има функция памет.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

МОДЕЛ 11231BVC86

Външни размери: 700x650x1230мм

Вътрешни размери: 600x500x540мм

Тествано отваряне: безопасна височина на 200мм

Максимално отваряне: 370мм

Входящ поток: 0.53 ± 0.025 м/с

Изходящ поток: 0.33 ± 0.025 м/с

ХЕПА филтър: два 99.999% ефикасност за частици 0.3µm. Индикация на живота на филтъра

Предно стъкло: моторизирано. Подсилено стъкло. Анти UV


Шум: EN12469 ≤ 58Db / NSF49 ≤ 61Db

UV лампа: 1 брой 15W. UW таймер индикатор за живот, емисии от 253.7 нанометри за по-ефикасна де контаминация.

LED лампа: 2 броя 8W. Осветление ≤ 1000Lux. Потребление: 500W.

2 отделни ел. контакта

Дисплей: LCD



чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Handwritten signature

Контролен панел: микропроцесор

Система за въздушен поток: 70% циркуляция на въздуха, 30% отработени газове

Визуална и звукова аларма за: време смяна на филтър, височина на предното стъкло, аномално въздушно течение.

Материали: работна зона- неръждаема стомана, корпус-студено валцована стомана с антибактериално покритие

Височина на работната повърхност: 750ммс опция стойка

Ел. захранване: AC220V±10%, 50/60Hz;

Стандартни аксесоари: LED лампа, 2 UV лампи, дистанционно управление, 2 броя водоустойчиви ел. контакти

Опция аксесоари: стойка, универсална основа с колелца със спирачка и колелца за нивелация

БЯРНО С
ОРИГИНАЛА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЕ
И СОЦИАЛНИ ДЕЯНОСТИ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

20 г. /


[Handwritten signature]



Class II A2 Biological Safety Cabinet



LCD Display
Large Digital LCD display is easy to monitor all the safety parameters at a glance and ergonomically sized control panel improves user interface.




Work Zone
Work zone is made of 304 stainless steel, is surrounded by negative pressure.



Waterproof Socket
2 waterproof sockets are located in the side panel, for optimum convenience of using small devices inside the cabinet.



Remote Control
All functions can be realized with it, making the operation much easier and convenient.



UV Lamp
Emission of 253.7 nanometers for most efficient decontamination.

ADVANTAGE

1. Small dimension, save space.
2. Centrifugal fan, speed adjustable, H14 HEPA filter.
3. Motorized front window: The front window is motorized for convenient, one-hand operation.
4. Voice prompt function: Airflow alarm, filter replacing alarm and front window height alarm.
5. Time reserve function: This can save 30 minutes waiting time after activating the cabinet and the air after experiment.
6. Remote control: Each function can be realized 5 meters away from the cabinet by remote control, which can protect the operator under emergency.
7. Large LCD display: Operators can check detailed status of the cabinet, such as inflow and downflow velocity, work area temperature and humidity, filter pressure, UV working time and filter life indicator etc.
8. With memory function in case of power-failure.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	11231 BSCA6
External Size(W*D*H)	700*850*1230mm
Internal Size(W*D*H)	600*500*540mm
Tested Opening	Safety height 200mm(8")
Max Opening	370mm(15")
Inflow Velocity	0.63±0.025m/s
Down Flow Velocity	0.33±0.025m/s
HEPA Filter	Two, 99.998% efficiency at 0.3µm. Filter life indicator.
Front Window	Motorized, Toughened glass, And UV.
Noise	EN12469 ≤ 58dB / NSF49 ≤ 81dB
UV Lamp	15W*1
LED Lamp	UV timer, UV life indicator, emission of 253.7 nanometers for most efficient decontamination.
Illumination	81W*2
Consumption	≥1000Lux
Socket	500W
Display	Two, total load of two sockets: 500W
Control System	LCD display
Airflow System	Microprocessor
Visual and Audio Alarm	70% air recirculation, 30% air exhaust
Material	Filter replacement, window over height, abnormal air flow velocity.
Work Surface Height	Work Zone: 304 stainless steel.
Power Supply	Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating.
Standard Accessory	750mm with optional base stand
Optional Accessory	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Gross Weight without Base Stand	LED lamp, UV lamp*2, Remote control, Waterproof sockets*2
Gross Weight with Base Stand	Base stand, Universal castor with brake and leveling feet.
Package Size without Base Stand (W*D*H)	Wooden Box: 164kg
Package Size with Base Stand (W*D*H)	Wooden Box: 196kg
Package Size without Base Stand (W*D*H)	Carton: 121kg
Package Size with Base Stand (W*D*H)	Wooden Box: 880*800*1450mm
	Carton: 820*760*1430mm
	Wooden Box: 880*980*1450mm

чл. 2, ал. 2 от 33ЛД



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Закупуване на аналитична техника за изследвания в областта на природните науки” по обособена позиция № 9 - „Доставка на лабораторен автоклав и ламинарен бокс“

от: Елта90М ООД

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

	Услуга/стока	Количеств во/брой	ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС	ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС
1.	Лабораторен автоклав	1	9500.00	9500.00
2.	Лабораторен ламинарен бокс	1	4500.00	4500.00
Обща стойност без ДДС:				14000.00

Общата стойност за изпълнение на поръчката е четиринадесет хиляди лв. и нула стотинки без ДДС.

При несъответствие между сумата, изписана с цифри, и тази, изписана с думи, важи сумата, изписана с думи.

1. Предлагащата цена включва цената за доставка франко мястото на изпълнение на поръчката, инсталация, въвеждане в експлоатация, поддръжка в рамките на гаранционния срок описан в техническата спецификация Приложение № 1 И, включително резервни части, необходими за отстраняване на повреди и провеждане на обучение на 3 (три) бр. служители за работа с лабораторен автоклав и обучение на 6 (шест) бр. служители за работа с лабораторен ламинарен бокс.

2. Разходите за мита, акцизи, труд и транспорт да са включени в цената.

3. Ценовото предложение включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Забележка:

Дата: 11.12.2017

ПОДПИС и ПЕЧАТ: Теодор Замфиров
Управител

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

