



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег. № 548500-6546 екз. № 2

20.10. 2017 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника“ с две обособени позиции: обособена позиция № 1 - „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“, обособена позиция № 2 – „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“, по проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“, Ви уведомяваме следното:

Въпрос :

По обособена позиция №1 „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“ и по конкретно позиция 5- Лабораторен фризер, хоризонтален (тип ракла), полезен обем минимум 250л - 3 /три/ броя

В техническите изисквания за лабораторния фризер е посочено:

- „Температурен диапазон: -15°C ... - 21°C или по широк“

За лабораторните фризери по-важният периметър е долната температура, до която фризера може да достигне. В тази връзка ще приемете ли горната граница на температурния обхват на фризера да започва от -16°C, като се има предвид, че долната температура, която може да се достигне от този тип хоризонтални фризери стандартно може да е - 25°C или - 30°C?

Отговор на въпрос :

В документацията на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника“, по проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“, по обособена позиция № 1 - „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“, точка 5 - Лабораторен фризер, хоризонтален (тип ракла), полезен обем минимум 250л - 3 /три/ броя изискването на Възложителя е :

- „Температурен диапазон: -15°C ÷ - 21°C или по широк“.



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



Посоченият температурен интервал е минимален, но задължителен, т.е. ще се разглеждат оферти, които включват този интервал. Оферти с по-ниска максимална температура (както посочената в запитването -16°C) или по-висока минимална (напр. -20°C) няма да бъдат класирани.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР НА НИК-МВР

ДОБРИНКА ВЕЛБОВА МАРКОВА

(оправомощен възложител, съгласно
заповед № 81213-737/30.05.2017 г.)

