

287

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег. № 5785опм-29-5785п-25861, екз. № ср
15.11. 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 2

от работата на комисията, назначена със заповед № 5785опм-29-5785мпз-118/20.10.2017 г. на директора на НИК-МВР – г-жа Добринка Маркова, оправомощен Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № 8121з-737/30.05.2017 г. на министъра на вътрешните работи, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оптични микроскопи“ с три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“;

Обособена позиция № 2 – „Доставка на поляризационен микроскоп“;

Обособена позиция № 3 – „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“, по проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“, открита с решение № 5785мпр-77/12.09.2017 г., **уникален номер на поръчката в АОП 00752-2017-0079.**

На 07.11.2017 г. в 09:00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез откритата процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 5785мпр-77 от дата 12.09.2017 г. на директора на НИК-МВР, в сградата на ДУССД – МВР с адрес: град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, назначената със заповед № 5785опм-29-5785мпз-118/20.10.2017 г. на директора на НИК-МВР – г-жа Добринка Маркова, оправомощен Възложител, съгласно заповед № 8121з-737/30.05.2017 г. на министъра на вътрешните работи, се събра на закрито заседание, комисия в състав:

Председател:

Цветослав Златков – младши експерт в сектор МФ, ДУССД – МВР;

Членове:

1. Стефан Филков – главен експерт в отдел ФПРБ, ДПУБ- МВР;
2. Свилен Мициев – главен експерт в сектор „Трасология и балистика“, НИК-МВР;
3. Надя Рангелова – главен експерт в сектор „Физико-химия“, НИК-МВР;
4. Йорданка Соколова – юрисконсулт в сектор ПНО, ДУССД – МВР;

Наблюдател без право на глас Десислава Василева – главен експерт в отдел ПКН, ДМП-МВР, със задача: да разгледа допълнително представените документи и техническите предложения на допуснатите до по-нататъшно участие участници по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оптични микроскопи“ с три обособени позиции.



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

В определения срок до пет работни дни по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, считано от получаване на Протокол № 1, в ДУССД-МВР са постъпили допълнителни документи от участник в обществената поръчка както следва:

1. „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД – по обособена позиция № 1	УРИ 578500-6844/31.10.2017 г.
2. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – по обособени позиции № 1, № 2 и № 3	УРИ 578500-6860/01.11.2017 г.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията разглежда допълнително представените от участниците документи и констатира следното:

1. „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД:

Участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП по обособена позиция № 1 на третото лице „Болид ИНС“ ЕООД – наемодател на сервизната база. Представеният ЕЕДОП е попълнен и подписан от лицето, посочено в чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП в съответствие с изискванията и указанията на Възложителя, съгласно Протокол № 1. Участникът е представил документ за поетото от третото лице задължение - 1 (един) брой копие на Договор за наем на сервизната база, находяща се на адрес гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 110, заверено „вярно с оригинала“, ведно с декларация подписана от управителя на наемодателя, че ако участникът „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД бъде избран за изпълнител в обществената поръчка договорът за наем сключен между наемателя „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД и наемодателя „Болид ИНС“ ЕООД ще остане валиден за целия срок на договора за обществената поръчка.

Предвид изложеното комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обособена позиция № 1 и по аргумент от противното на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП допуска „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение.

2. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД:

Участникът е представил три броя нови ЕЕДОП по обособени позиции № 1, № 2 и № 3. Представените ЕЕДОП са попълнени и подписани от лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП в съответствие с изискванията и указанията на Възложителя, съгласно Протокол № 1. В същите участникът е попълнил отговор „НЕ“ в Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, графа „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:“.

Предвид изложеното комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 и по аргумент от противното на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП допуска „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД до разглеждане на техническите му предложения по трите обособени позиции.

Предвид направените констатации в Протокол № 1, както и гореизложеното, комисията допуска до разглеждане на техническите предложения на участниците „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД и „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за обособените позиции, за които са подали оферти.

В следваща последователност комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията провери техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците за тяхното съответствие с предварително обявените условия и констатира следното:

1. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

По обособена позиция № 1 „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“:

Техническото предложение на участника включва документ за упълномощаване № 169 от 02.10.2017 г., нотариално заверено на 02.10.2017 г. и подписано от управителя на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3А от документацията за участие; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4; декларация за срок на валидност на офертата, съгласно образец № 6; Декларация - Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България; образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ); образец на протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ); брошури на предлаганите изделия (на хартиен и електронен носител – CD), заедно с линкове с доказателствен материал; копие на сертификат за управление на качеството ISO EN 9001:2008 за производителя; декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител, доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие.

Участникът декларира, че е запознат с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката предложеното техническо оборудване да отговаря на общите технически изисквания съгласно т. 1.7 от Техническата спецификация.

Участникът декларира, че при изпълнение на поръчката ще проведе обучения съгласно т.1.10 от Техническата спецификация, които са за негова сметка и се включват в цената на изпълнение на поръчката.



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката да спазва всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 1.8 от Техническата спецификация.

Участникът се съгласява и приема срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 1.9 от Техническата спецификация.

Участникът предлага гаранционен срок от 62 (шестдесет и два) месеца.

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 1.6 *Монитор за наблюдение*, участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е предложил Монитор Full HD Dell P2717H, като е декларирал наличие на „ергономична стойка с ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията направи проверка в официалния сайт на производителя на монитора Dell, на уеб адрес <http://www.dell.com/ed/business/p/dell-p2217h-monitor/pd>, като констатира, че ъгълът на местене на дисплея за предложения модел е в диапазон -5 до +21°. В т. 1.6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1, Възложителят е заложил изискване за минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с направената констатация и след проведено гласуване с мнозинство 4:1, комисията реши да изиска от участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД да предостави разяснения или доказателства по отношение на заявените данни в представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 1, доколкото е налице противоречие между заявеното от участника в предложението му за изпълнение на поръчката и техническите спецификации на предлагания от участника монитор, налични на интернет сайта на производителя.

След като извърши проверка на представените от участника брошури и линкове и в сайтовете на производителите на предлаганото оборудване на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на участника по останалите изискани от възложителя параметри по обособена позиция № 1 съответства с предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция № 2 „Доставка на поляризационен микроскоп“:

Техническото предложение на участника включва документ за упълномощаване № 169 от 02.10.2017 г., нотариално заверено на 02.10.2017 г. и подписано от управителя на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3Б от документацията за участие; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4; декларация за срок на валидност на офертата, съгласно образец № 6; Декларация-Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България; образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ); образец на протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ); брошури на предлаганите изделия (на хартиен и електронен носител – CD), заедно с линкове с доказателствен материал; копие на сертификат за управление на качеството ISO EN 9001:2008 за производителя; декларация, че ако участникът



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

бъде избран за изпълнител, доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие.

Участникът декларира, че е запознат с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката предложеното техническо оборудване да отговаря на общите технически изисквания съгласно т. 2.7 от Техническата спецификация.

Участникът декларира, че при изпълнение на поръчката ще проведе обучения съгласно т. 2.10 от Техническата спецификация, които са за негова сметка и се включват в цената на изпълнение на поръчката.

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката да спазва всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 2.8 от Техническата спецификация.

Участникът се съгласява и приема срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 2.9 от Техническата спецификация.

Участникът предлага гаранционен срок от 62 (шестдесет и два) месеца.

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 2.5 *Управляващ компютър*, тире осмо, участникът е предложил „USB port: 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, от тях са разположени на лицевия панел“. В т. 2.5 от Техническата спецификация по обособена позиция № 2, Възложителят е заложил следното изискване: „USB port: минимум 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, като поне 2 от тях са разположени на лицевия панел,“

В предложението за изпълнение на поръчката, т. 2.6 *Монитор*, участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е предложил Монитор Full HD Dell P2717H, като е декларирал наличие на „ергономична стойка с ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“. Комисията направи проверка в официалния сайт на производителя на монитора Dell, на уеб адрес <http://www.dell.com/ed/business/p/dell-p2217h-monitor/pd>, като констатира, че ъгълът на местене на дисплея за предложения модел е в диапазон -5 до +21°. В т. 2.6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 2, Възложителят е заложил изискване за минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°.

В т. 2.5. от предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил аудио колони Logitech S120 Black 2.0 Speaker System, като изискването на възложителя в т. 2.5. от техническата спецификация е аудиоколони мин. 5W (допускат се и вградени). Доколкото участникът не е представил брошура или линк, потвърждаващи, че предлаганото изделие покрива изискванията на техническата спецификация, комисията направи проверка в официалния сайт на производителя Logitech, <https://www.logitech.com/en-us/product/s120-stereo-speakers?crid=47>, като констатира, че мощността на предлаганите колонии е 2.2 W.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с направените констатации и след проведено гласуване с мнозинство 4:1, комисията реши да изиска от участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД да предостави разяснения или доказателства по отношение на



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

заявените данни в представеното предложение за изпълнение по обособени позиция № 2, доколкото е налице противоречие между заявеното от участника в предложението му за изпълнение на поръчката и техническите спецификации на предлагания от участника монитор и аудиоколони, налични на интернет сайта на производителя, както и неяснота дали 4 USB 2.0 са разположени на лицевия панел.

След като извърши проверка на представените от участника брошури и линкове и в сайтовете на производителите на предлаганото оборудване на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на участника по останалите изискани от възложителя параметри по обособена позиция № 2 съответства с предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция № 3 „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“:

Техническото предложение на участника включва документ за упълномощаване № 169 от 02.10.2017 г., нотариално заверено на 02.10.2017 г. и подписано от управителя на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3В от документацията за участие; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4; декларация за срок на валидност на офертата, съгласно образец № 6; Декларация-Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България; образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ); образец на протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ); описание на брошури на предлаганите изделия (на хартиен и електронен носител – CD), заедно с линкове с доказателствен материал; копие на сертификат за управление на качеството ISO EN 9001:2008 за производителя; декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител, доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие.

Участникът декларира, че е запознат с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката предложеното техническо оборудване да отговаря на общите технически изисквания съгласно т. 3.17 от Техническата спецификация.

Участникът декларира, че при изпълнение на поръчката ще проведе обучения съгласно т. 3.20 от Техническата спецификация, които са за негова сметка и се включват в цената на изпълнение на поръчката.

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката да спазва всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 3.18 от Техническата спецификация.

Участникът се съгласява и приема срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 3.19 от Техническата спецификация.

Участникът предлага гаранционен срок от 25 (двадесет и пет) месеца.

В т. 3.5. от Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е предложил „Възможност за надграждане на системата с допълнителен обектив, осигуряващ максимално



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

увеличение не от 2350х (PlanAPO FOV 3.60). Възложителят е изискал „Възможност за надграждане на системата с допълнителен обектив, осигуряващ максимално увеличение не по-малко от 2000х“. След направена справка чрез представения от участника линк, съдържащ брошура, https://www.leica-microsystems.com/fileadmin/downloads/Leica%20DVM6/Brochures/Leica_DVM6_brochure_EN.pdf, комисията установи, че максималното увеличение на допълнителния обектив е 2350х, предвид което предложението на участника съответства с предварително обявените условия на възложителя.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника по обособена позиция № 3 отговаря на предварително обявените условия на възложителя и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП допуска същия до отваряне на ценовото му предложение.

2. „Микрооптика“ ООД – обособена позиция № 1:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3А от документацията за участие; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4; декларация за срок на валидност на офертата, съгласно образец № 6; Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България; образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ); образец на протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ); брошури на предлаганите изделия; копие на сертификат за управление на качеството ISO EN 9001:2008 за производителя.

Участникът декларира, че е запознат с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката предложеното техническо оборудване да отговаря на общите технически изисквания съгласно т. 1.7 от Техническата спецификация.

Участникът декларира, че доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие.

Участникът декларира, че при изпълнение на поръчката ще проведе обучения съгласно т.1.10 от Техническата спецификация, които са за негова сметка и се включват в цената на изпълнение на поръчката.

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката да спазва всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 1.8 от Техническата спецификация.

Участникът се съгласява и приема срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 1.9 от Техническата спецификация.

Участникът предлага гаранционен срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 1.6 *Монитор за наблюдение*, участникът „Микрооптика“ ООД е предложил LED Монитор HP 27er с размер



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



27°, като е декларирал наличие на „ергономична стойка с ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“. В т. 1.6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1, Възложителят е заложил следното изискване: „- *Ергономична стойка с минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина*“. След направена проверка в официалния сайт на производителя <http://store.hp.com/us/en/pdp/hp-27er-27-inch-display>, комисията не установи възможността за регулиране на този модел монитор по височина, за което на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с направената констатация и след проведено гласуване с мнозинство 4:1, комисията реши да изиска от участника „Микрооптика“ ООД да предостави разяснения или доказателства по отношение на заявените данни в представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 1, доколкото е налице противоречие между заявеното от участника в предложението му за изпълнение на поръчката и техническите спецификации на предлагания от участника монитор, налични на интернет сайта на производителя.

След като извърши проверка на представените от участника брошури и линкове и в сайтовете на производителите на предлаганото оборудване на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на участника по останалите изискани от възложителя параметри по обособена позиция № 1 съответства с предварително обявените условия на поръчката.

3. „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД – обособена позиция № 1:

Техническото предложение на участника включва предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3А от документацията за участие; декларация, че предложената апаратура е нова, неупотребявана и е в производствената листа на производителя; декларацията за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно образец № 4; декларация за срок на валидност на офертата, съгласно образец № 6; Декларация-Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България; образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ); образец на протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ); брошури на предлаганите изделия; копие на сертификат за управление на качеството ISO EN 9001:2015 за производителя.


Участникът декларира, че е запознат с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката предложеното техническо оборудване да отговаря на общите технически изисквания съгласно т. 1.7 от Техническата спецификация.

Участникът декларира, че при изпълнение на поръчката ще проведе обучения съгласно т. 1.10 от Техническата спецификация, които са за негова сметка и се включват в цената на изпълнение на поръчката.



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

Участникът се съгласява и се задължава при изпълнение на поръчката да спазва всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 1.8 от Техническата спецификация.

Участникът се съгласява и приема срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 1.9 от Техническата спецификация.

Участникът предлага гаранционен срок от 84 (шестдесет и два) месеца.

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 1.4 *Микроскопска камера*, тире осмо, участникът е предложил *„Управление на камерата посредством безжична IR мишка“*. В т. 1.4 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1, Възложителят е заложил следното изискване: *„- управление на камерата посредством IR дистанционно управление“*. Видно от Приложение 15 от техническото предложение на участника, мишката работи с 2.4 GHz безжична връзка (т.е. използва конкретна радио честота), което налага използването на USB донгъл, заемащ един от USB портовете на компютъра. Това не отговаря на изисквания от Възложителя начин на комуникация между устройствата.

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 1.4 *Микроскопска камера*, тире девето, участникът е предложил *„Дистанционно управление за автоматична настройка на баланса на бялото и директно снимане с камерата посредством вграден в камерата дисплей LCD и софтуер и безжична IR мишка“*, а Възложителят е изискал *„Бутон на камерата или дистанционното управление за автоматична настройка на баланса на бялото и бутон за директно снимане“*. В предложението на участника не се съдържа изискването от възложителя изискване камерата или дистанционното управление да има бутони, чрез натискането на които да се постига автоматична настройка на баланса на бялото и директно снимане.

В предложението за изпълнение на поръчката, т. 1.6 Монитор за наблюдение, участникът „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД е предложил Монитор Dell P2717H, като е декларирал наличие на „ергономична стойка с ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“. Комисията направи проверка в официалния сайт на производителя на монитора Dell, на уеб адрес <http://www.dell.com/ed/business/p/dell-p2717h-monitor/pd>, като констатира, че ъгълът на местене на дисплея за предложения модел е в диапазон -5 до +21°. В т. 1.6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1, Възложителят е заложил изискване за минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°. На стр. 98 от техническото си предложение, участникът е представил брошура, в която е посочен ъгъл на местене на дисплея -5 до +21°, предвид което комисията приема, че предложеното от участника не отговаря на изискванията на възложителя.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI. 3, т. 2, изречение второ от обявлението е посочено, че Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява минималните условия на техническата спецификация. Доколкото участникът е предложил „Управление на камерата посредством безжична IR мишка“, а Възложителят е поставил изискването за „управление на камерата посредством IR дистанционно управление“; участникът е предложил „Дистанционно управление за автоматична настройка на баланса на бялото и директно снимане с камерата посредством вграден в камерата дисплей LCD и софтуер и безжична IR мишка“, а Възложителят е изискал „Бутон на камерата или дистанционното управление за автоматична настройка на баланса на бялото и бутон за директно снимане“; участникът е предложил модел монитор с ъгъл на местене на дисплея за предложението модел в диапазон -5 до +21°, а Възложителят е заложи изискване за минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, то участникът не е представил предложение, изпълняващо всички условия на Възложителя, посочени в т. 1.4. и т. 1.6. от Техническата спецификация и предложението му не е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горното комисията предлага на Възложителя участника „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката за същата позиция не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, като дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията не допуска до отваряне ценовото предложение на участника по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 14.11.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Цветомир Цанков/

ЧЛЕНОВЕ:

/Стефан Иванов Филков/

/Надя Рангелова/

/Йорданка Соколова/

/Свилен Мициев/



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

УРИ: 5785р-25769 екз. № 1
14.11 2017 г.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

към протокол № 2 от работата на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на оптични микроскопи“ с три обособени позиции, назначена със заповед № 5785опм-29-5785мпз-118/20.10.2017 г. на директора на НИК-МВР

В качеството ми на член на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на оптични микроскопи“ с три обособени позиции, назначена със заповед № 5785опм-29-5785мпз-118/20.10.2017 г. на директора на НИК-МВР и в изпълнение на чл. 103, ал. 4 от ЗОП, подписвам с особено мнение Протокол № 2 от работата на комисията в частта му, в която се искат разяснения от участниците в процедурата „Медицинска техника инженеринг“ ООД по обособени позиции № 1 и № 2 и „Микрооптика“ ООД по обособена позиция № 1, като считам, че същите следва да бъдат отстранени от участие в процедурата по съответните обособени позиции. Мотивите ми са изложени по-долу, както следва:

1. В представеното Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, в т. 1.6 Монитор за наблюдение, участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е предложил Монитор Full HD Dell P2717H, като е декларирал наличие на „ергономична стойка с ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията направи проверка в официалния сайт на производителя на монитора Dell, на уеб адрес <http://www.dell.com/ed/business/p/dell-p2717h-monitor/pd>, като констатира, че ъгълът на местене на дисплея за предложения модел е в диапазон -5 до +21°.

В т. 1.6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1, Възложителят е заложил изискване за минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°.

Участникът не е изпълнил посоченото като забележка в техническата спецификация по съответната обособена позиция изискване да представи описания, брошури и други подходящи материали, като посочи линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от тях изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове се представят декларации, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики. „Медицинска техника инженеринг“ ООД не е представило брошура или линк към сайта на производителя на монитора, нито декларация, потвърждаваща, че предлаганият монитор покрива изискванията на техническата спецификация. Това представлява неизпълнение на условие, посочено в документацията, а именно – в техническата

спецификация, с оглед на което участникът следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, като същевременно офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което е основание за отстраняване съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Предвид неизпълнението на горното задължение на участника, се наложи комисията да извърши проверка на официалния сайт на производителя на монитора, за да установи дали същият съответства на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация. След направената проверка се установи, че ъгълът на местене на дисплея за предложения модел монитор е в диапазон -5 до +21°, вместо изисквания от възложителя обхват от -5 до +25°, предвид което участникът следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, доколкото офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на изложеното, отправеното искане за разяснение или за представяне на доказателства по отношение на заявените данни в представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 1 противоречи на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като в случай че участникът предложи нещо различно, това би довело до промяна или допълване на техническото му предложение, което е недопустимо по ЗОП. Видно от сайта на производителя, монитор Full HD Dell P2717H разполага с ъгъл на местене на дисплея в диапазон -5 до +21°. В случай че участникът евентуално предложи модификация на стойката на монитора, това би представлявало промяна на офертата му, тъй като в първоначалния ѝ вариант не е предвидена модификация, а промяната на стойката означава и промяна на модела, доколкото монитор Full HD Dell P2717H е с точно определени параметри на всички негови компоненти.

2. В представеното Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, в т. 2.6 Монитор за наблюдение, участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е предложил Монитор Full HD Dell P2717H, като е декларирал наличие на „ергономична стойка с ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията направи проверка в официалния сайт на производителя на монитора Dell, на уеб адрес <http://www.dell.com/ed/business/p/dell-p2717h-monitor/pd>, като констатира, че ъгълът на местене на дисплея за предложения модел е в диапазон -5 до +21°.

В т. 2.6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 2. Възложителят е заложил изискване за минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°.

Участникът не е изпълнил посоченото като забележка в техническата спецификация по съответната обособена позиция изискване да представи описания, брошури и други подходящи материали, като посочи линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от тях изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове се представят декларации, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики. „Медицинска техника инженеринг“ ООД не е представило брошура или линк към сайта на производителя на монитора, нито декларация, потвърждаваща, че изделието покрива изискванията на техническата спецификация. Това представлява неизпълнение на условие, посочено в документацията, а именно – в техническата спецификация, с оглед на което участникът следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, като същевременно офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което е основание за отстраняване съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Предвид неизпълнението на горното задължение на участника, се наложи комисията да извърши проверка на официалния сайт на производителя на монитора, за да установи дали същият съответства на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация.



След направената проверка се установи, че ъгълът на местене на дисплея за предложения модел монитор е в диапазон -5 до +21°, вместо изисквания от възложителя обхват от -5 до +25°, предвид което участникът следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, доколкото офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на изложеното, отиравеното искане за разяснение или за представяне на доказателства по отношение на заявените данни в представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 2 противоречи на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като в случай че участникът предложи нещо различно, това би довело до промяна или допълване на техническото му предложение, което е недопустимо по ЗОП. Видно от сайта на производителя, монитор Full HD Dell P2717H разполага с ъгъл на местене на дисплея в диапазон -5 до +21°. В случай че участникът евентуално предложи модификация на стойката на монитора, това би представлявало промяна на офертата му, тъй като в първоначалния ѝ вариант не е предвидена модификация, а промяната на стойката означава и промяна на модела, доколкото монитор Full HD Dell P2717H е с точно определени параметри на всички негови компоненти.

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 2.5 Управляващ компютър, тип осмо, участникът е предложил „USB port: 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, от тях са разположени на лицевия панел“. В т. 2.5 от Техническата спецификация по обособена позиция № 2, Възложителят е заложил следното изискване: „USB port: минимум 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, като поне 2 от тях са разположени на лицевия панел:“. В предложението на участника е допусната техническа грешка, доколкото същият не е указал дали поне 2 от USB портовете са разположени на лицевия панел. Санирането на тази техническа грешка е невъзможно, тъй като би представлявало допълване на техническото предложение, което е изрично забранено от разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП. Предвид горното, участникът следва да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, доколкото офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В т. 2.5. от предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил аудио колони Logitech S120 Black 2.0 Speaker System, като изискването на възложителя в т. 2.5. от техническата спецификация е аудиоколони мин. 5W (допускат се и вградени). Доколкото участникът не е представил брошура или линк, потвърждаващи, че предлаганото изделие покрива изискванията на техническата спецификация, комисията направи проверка в официалния сайт на производителя Logitech, <https://www.logitech.com/en-us/product/s120-stereo-speakers?crid=47>, като констатира, че мощността на предлаганите колонии е 2.2 W.

Участникът не е изпълнил посоченото като забележка в техническата спецификация по съответната позиция изискване да представи описания, брошури и други подходящи материали, като посочи линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от тях изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове се представят декларации, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики. „Медицинска техника инженеринг“ ООД не е представило брошура или линк на сайта на производителя на аудио колоните, нито декларация, потвърждаваща, че изделието покрива изискванията на техническата спецификация. Това представлява неизпълнение на условие, посочено в документацията, а именно – в техническата спецификация, с оглед на което участникът следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, като същевременно офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което е основание за отстраняване съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.



Предвид неизпълнението на горното задължение на участника, се наложи комисията да извърши проверка на официалния сайт на производителя на аудио колоните, за да установи дали същият съответства на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация. След направената проверка се установи, че мощността им е 2.2 W, вместо изисканата от възложителя мощност от мин. 5 W, предвид което участникът следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, доколкото офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на изложеното, отправено искане за разяснение или за представяне на доказателства по отношение на заявените данни в представеното предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, касаещо броя на USB портовете или мощността на аудиоколоните би противоречало на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като ще доведе до допълване на техническото предложение на участника, което е недопустимо по ЗОП.

3. В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 1.6 Монитор за наблюдение, участникът „Микрооптика“ ООД е предложил LED Монитор HP 27er с размер 27'', като е декларирал наличие на „ергономична стойка с ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“. В т. 1.6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1, Възложителят е заложил следното изискване: „- Ергономична стойка с минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“. След направена проверка в официалния сайт на производителя <http://store.hp.com/us/en/pdp/hp-27er-27-inch-display> и в брошурата, представена от участника (стр. 80-81 от техническото му предложение), комисията не установи наличие на възможност за регулиране на стойката на този модел монитор по височина. Предвид горното, участникът следва да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, доколкото офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на изложеното, отправено искане за разяснение или за представяне на доказателства по отношение на заявените данни в представеното предложение за изпълнение по обособена позиция № 1 би противоречало на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като в случай че участникът предложи нещо различно, това би довело до промяна или допълване на техническото му предложение, което е недопустимо по ЗОП. Видно от сайта на производителя, LED Монитор HP 27er не разполага с ергономична стойка с възможност за регулиране по височина. В случай че участникът евентуално предложи модификация на стойката на монитора, това би представлявало промяна на офертата му, тъй като в първоначалния ѝ вариант не е предвидена модификация, а промяната на стойката означава и промяна на модела, доколкото монитор LED Монитор HP 27er е с точно определени параметри на всички негови компоненти.

Настоящото особено мнение е подписано от мен на всяка страница.

14.11.2017 г.


юрисконсулт Йорданка Соколова