

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕШЕНИЕ

№ ~~5785опм-29-5785р-28326/14.12.2017~~ ~~29-5785опм-137/27.11.2017~~ ~~5/08.01~~ 2018г.

На основание чл. 106, ал. 6, предл. първо и чл. 108, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в утвърден доклад рег. № 5785опм-29-5785р-28326/14.12.2017 г. на комисията, назначена със заповед № 5785опм-29-5785мпз-118/20.10.2017 г., изменена със заповед № 5785опм-29-5785мпз-137/27.11.2017 г. (съгласно която заповед срокът за изготвяне на доклад за резултатите от работата от комисията е удължен до 15.12.2017 г. включително) на директора на НИК-МВР – г-жа Добринка Маркова, оправомощен Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № 8121з-737/30.05.2017 г. на министъра на вътрешните работи, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оптични микроскопи” с три обособени позиции, както следва:

обособена позиция № 1 – „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“;

обособена позиция № 2 – „Доставка на поляризационен микроскоп“;

обособена позиция № 3 – „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“, по проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания” BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”, открита с решение № 5785мпр-77/12.09.2017 г. на директора на НИК-МВР и обявление ID 804876, публикувано на 14.09.2017 г., уникален номер на поръчката в АОП 00752-2017-0079.

РЕШИХ:

I. Въз основа на констатациите и мотивите на комисията, отразени в доклад рег. № 5785опм-29-5785р-28326/14.12.2017 г., обявявам класирането на участниците в процедурата по обособени позиции № 1 и № 3, съгласно предварително посочените в обявлението и документацията на обществената поръчка критерии – „оптимално съотношение качество/цена“ за обособена позиция № 1 и „най-ниска цена“ за обособена позиция № 3, както следва:

За обособена позиция № 1 – „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“


1^{во} място: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – 100 точки.

2^{ро} място: „Микрооптика“ ООД – 75.28 точки.

За обособена позиция № 3 – „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“:



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



1^{во} място: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с предложена обща стойност **130 000.00 лв.** (сто и тридесет хиляди лева) без ДДС.

II. На основание чл. 109 от ЗОП определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет **„Доставка на оптични микроскопи“** за всяка обособена позиция класираните на първо място участници по съответната позиция, както следва:

За обособена позиция № 1 - „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“:

1^{во} място: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – 100 точки.

За обособена позиция № 3 - „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“:

1^{во} място: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с предложена обща стойност **130 000.00 лв.** (сто и тридесет хиляди лева) без ДДС.

III. Отстранявам от участие в процедурата по обособена позиция № 1 „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“ участника **„ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД** на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите, отразени в утвърден доклад рег. № 5785опм-29-5785р-28326/14.12.2017 г. на комисията, поради следното:

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 1.4 *Микроскопска камера*, тире осмо, участникът е предложил *„Управление на камерата посредством безжична IR мишка“*. В т. 1.4 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1, Възложителят е заложил следното изискване: *„- управление на камерата посредством IR дистанционно управление“*. Видно от Приложение 15 от техническото предложение на участника, мишката работи с 2.4 GHz безжична връзка (т.е. използва конкретна радио честота), което налага използването на USB донгъл, заемащ един от USB портовете на компютъра. Това не отговаря на изисквания от Възложителя начин на комуникация между устройствата.

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, в т. 1.4 *Микроскопска камера*, тире девето, участникът е предложил *„Дистанционно управление за автоматична настройка на баланса на бялото и директно снимане с камерата посредством вграден в камерата дисплей LCD и софтуер и безжична IR мишка“*, а Възложителят е изискал *„Бутон на камерата или дистанционното управление за автоматична настройка на баланса на бялото и бутон за директно снимане“*. В предложението на участника не се съдържа изисканото от възложителя изискване камерата или дистанционното управление да има бутони, чрез натискането на които да се постига автоматична настройка на баланса на бялото и директно снимане.

В предложението за изпълнение на поръчката, т. 1.6 Монитор за наблюдение, участникът „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД е предложил Монитор Dell P2717H, като е декларирал наличие на *„ергономична стойка с ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина“*. След направена проверка от страна на комисията, в официалния сайт на производителя на монитора Dell, на уеб адрес <http://www.dell.com/ed/business/p/dell-p2717h-monitor/pd>, комисията е констатирала, че ъгълът на местене на дисплея за предложения модел е в диапазон -5 до +21°. В т. 1.6 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1, Възложителят е заложил изискване за минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до



+25°. На стр. 98 от техническото си предложение, участникът е представил брошура, в която е посочен ъгъл на местене на дисплея -5 до +21°, предвид което приемам, че предложеното от участника не отговаря на изискванията на възложителя.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. В раздел VI. 3, т. 2, изречението второ от обявлението е посочено, че Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява минималните условия на техническата спецификация. Доколкото участникът е предложил „Управление на камерата посредством безжична IR мишка“, а Възложителят е поставил изискването за „управление на камерата посредством IR дистанционно управление“; участникът е предложил „Дистанционно управление за автоматична настройка на баланса на бялото и директно снимане с камерата посредством вграден в камерата дисплей LCD и софтуер и безжична IR мишка“, а Възложителят е изискал „Бутон на камерата или дистанционното управление за автоматична настройка на баланса на бялото и бутон за директно снимане“; участникът е предложил модел монитор с ъгъл на местене на дисплея за предложението модел в диапазон -5 до +21°, а Възложителят е заложил изискване за минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, то участникът не е представил предложение, изпълняващо всички условия на Възложителя, посочени в т. 1.4. и т. 1.6. от Техническата спецификация и предложението му не е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното, отстранявам участника „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД от процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, доколкото неговото предложение за изпълнение на поръчката за същата позиция не изпълнява всички изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация, като дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

IV. В тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата по реда на чл. 43 от ЗОП и в деня на изпращането да се публикува в профила на купувача заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/dostavka_optichni_mikroskopi_tri_pozicii.htm

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР НА НИК-МВР

Г-ЖА ДОБРИНКА ВЕЛБОВА МАРКОВА

/съгл. заповед № 8121з-737/30.05.2017г./



ФОНД “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”

