МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

Рег. №128300-6343 екз. № .6Р.

.....22.10.....2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П А З А Р Н А К О Н С У Л Т А Ц И Я

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР (ГДПБЗН-МВР) провежда пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вертикален стенд за изпитване на огнеустойчивост на натоварени и ненатоварени строителни елементи и конструкции” на основание чл. 44 и за определяне прогнозна стойност на обществената поръчка, съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, при следните условия:

1. Описание на предмета: „Реконструкция на вертикален стенд за изпитване на огнеустойчивост на натоварени и ненатоварени строителни елементи и конструкции“.

2. Място за извършване на услугата: ГДПБЗН-МВР, ул. „Огнеборец“ № 1, гр. София.

При проявен интерес, моля в срок до 17,30 часа на 11.11.2019 г. да представите Вашето предложение по приложения образец № 1 на e-mail: skstoyanova.160@mvr.bg, факс: +359 2 8688115 или на адрес гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Предложение – приложение /образец № 1/.

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

ДИРЕКТОР:
ГЛАВЕН КОМИСАР

Николаи Николов

Образец №1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"- МВР
ГР.СОФИЯ, УЛ."ПИРОТСКА" № 171А

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вертикален стенд за изпитване на огнеустойчивост на натоварени и ненатоварени строителни елементи и конструкции" на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

От.....,
(наименование на участника)
седалище и адрес на управление .....,
ЕИК .....
представлявано от .....
(трите имена)
в качеството на .....
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като се запознахме с посочените от Вас условия за изпълнение на поръчката, посочени в пазарна консултация рег.№ 1983..-...../ .....2019 г., правим настоящето предложение за реконструкция на вертикален стенд за изпитване на огнеустойчивост на натоварени и ненатоварени строителни елементи и конструкции:

Реконструкция на вертикален стенд за изпитване на огнеустойчивост на натоварени и ненатоварени строителни елементи и конструкции	Мярка	Количество	Цена в лева, без включен ДДС	Цена в лева с ДДС
Разрушаване на настояща пещ с размери на светъл отвор с размери В х Ш (3000 х 3000) mm: -отстраняване на строителните отпадъци и тяхното извозване.				
Изграждане на пещ с размери на светъл отвор В х Ш (4000 х 3000) mm, отговаряща на следните изисквания: - Дълбочина на пещта 1500 mm;				

- Облицовката на пещта трябва да бъде изпълнена от материали, чиято плътност е по-малка от 1000 kg/m^3. Облицовъчните материали трябва да имат дебелина най-малко 50 mm и трябва да представляват не по-малко от 70 % от вътрешната повърхност на пещта; - В пещта да са налични отвори за наблюдение, позволяващи да се снима и наблюдава образеца от различни ъгли и по цялата площ. - В пещта да са налични достатъчни на брой отвори за отвеждане на димните газове, с разположение подходящо за поддържане на градиента на налягане, посочен в БДС EN 1363-1:2012;				
Горелки с максимална мощност не по-малка от 480 kW	бр.	6		
Система за регулиране на горелките с цел поддържане на температурен режим, съгласно БДС EN 1363-1:2012 и БДС EN 1363-2:2001	бр.	1		
Термодвойки за пещта: - отговарящи на изискванията посочени в БДС EN 1363-1:2012; - чиято измерваща точка трябва да бъде проводник от никел-хром/никел-алуминий (тип К), както е определен в EN 60584-1; - приспособени със система за закрепяне на ТД в центъра на пещта (вериги, отвори от горната страна или отстрани на пещта, като се изисква да са в една равнина)	бр.	10		
Апаратура за измерване на температурата в пещта и върху страната на образеца за изпитване, върху която не се прилага огнево въздействие и ако е необходимо, вътре в образеца за изпитване: - многоканален уред за отчитане на температурата; - прецизност на измервателната апаратура отговаряща на БДС EN 1363-1:2012;	бр.	1		
Апаратура за регулиране и наблюдение на налягането на горещите газове вътре в пещта, отговаряща на изискванията посочени в БДС EN 1363-1:2012, като: - налягането в пещта трябва да се следи и регулира така, че 5 min след началото на изпитването да бъде ± 5 Pa от номиналното налягане, определено за съответния изпитван елемент. След 10 min и непрекъснато след това, трябва да е достигнало ± 3 Pa от номиналното налягане, определено за съответния изпитван елемент;				

- трябва да бъдат предвидени два датчика за контрол на налягането в пещта; - прецизност на измервателната апаратура за измерване на налягане да е ± 2 Pa. - препоръчителен обхват на апаратурата е от 0 до 40 Pa				
Вентилатор за димни газове – с минимален дебит на въздуха 34000 m^3/h и минимално налягане от 1500 Pa	бр.	1		
Система за записване на налягането по време, система за показване и съхраняване на отчетените стойности на налягането, отговаряща на БДС EN 1363-1:2012.	бр.	1		
Рамки за изпитване, в които да бъде вградена конструкцията за изпитване и които да бъдат разположени непосредствено пред пещта с приспособления за закрепване към пещта и приспособления за преместване с мостови кран: - отговарящи на БДС EN 1363-1:2012; - техническите характеристики на рамките за изпитване трябва да се оценят, като се приложи сила на разтягане вътре в рамката, по средата на два срещуположни елемента на рамката и се измери увеличаването на вътрешния размер. Увеличаването не трябва да превишава 5 mm при приложена сила 25 kN. Такава оценка трябва да се направи в двете направления на рамката. - Рамка за изпитване със светъл отвор В х Ш (4000 х 3000) mm; - Рамка за изпитване със светъл отвор В х Ш (3000 х 3000) mm.	 бр. бр.	 1 1		
Рамка за изпитване с натоварваща система, проектирана да побира образецът за изпитване и да прилага изисквания изпитвателен товар. Изпитвателна рамка, която може да бъде използвана за тази цел са за система за пренасяне на товар челно с натоварване отгоре или за система за пренасяне на товар челно с натоварване отдолу: - рамката трябва да бъде разположена непосредствено пред пещта с приспособления за закрепване към пещта и приспособления за преместване с мостови кран; - рамката трябва да отговаря на изискванията посочени в БДС EN 1363-1:2012 и БДС EN 1365-1:2014; - товарът към образеца на изпитване може да бъде приложен с помощта на натоварващи крикове,				

разположени или при горния или при долния край на рамката; - там където натоварването се прилага чрез корава греда, тя трябва да бъде с достатъчна коравина за да се осигури еднакво вертикално отклонение по протежение на образеца за изпитване; -там където натоварването се прилага отделно към разделители в стената, натоварващата система трябва да позволява поддържане на постоянно натоварване при всяка точка на натоварване; - подсилване на под пред пещта за да издържа на натоварване; - Рамка за изпитване със светъл отвор ВхШ (4000 x 3000) mm; - плинт за намаляване на височината на отвора на пещта на 3000 mm.	 бр. бр.	 1 1		
Стойка за съхранение на изпитвателни рамки и монтаж на образеца за изпитване.	бр.	1		
Уред за измерване на вертикалното отклонение (деформация) : - отговарящ на БДС EN 1363-1:2012.	бр.	1		
Уред за определяне хоризонтално отклонение. Уредът трябва да записва историята на всички съществени отклонения (по-големи от 5 mm) на образеца по време на изпитването в центъра на образеца и по средата на височината на вертикален ръб, на 50 mm от ръба. Уредът трябва да отговаря на изискванията посочени в БДС EN 1363-1:2012 и БДС EN 1365-1:2014.	бр.	1		
Апаратура за измерване на концентрацията на кислород в пещните газове.	бр.	1		

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ:

1. Място за извършване на услугата: до ГДПБЗН-МВР, сграда на отдел ЦИЕ, находяща се на адрес гр. София, кв. Карпузица, ул. „Огнеборец“ №1.

2. При доставката ще извършим апробация и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване по БДС EN 1363-1:2012 в срок до ……..;

3. При доставката ще предоставим техническа документация (4 копия – две от копията да са английски език и две на български език) удостоверяваща съответствието на доставеното изпитвателно оборудването с БДС EN 1363-1:2012, както и ръководства (инструкции) за експлоатация на български език: процедури за нормална експлоатация, мерки за безопасност, установяване на неизправности и конкретни дейности за отстраняването им от страна на обслужващото лице;

4. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставеното лабораторно оборудване е ……;

5. Срок и период за извършване на сервизно обслужване в гаранционния срок е……;

6. Условия за следгаранционно сервизно обслужване: …….....

Валидността на нашето предложение е със срок ..... дни.

Упълномощен да подпише предложението от името на: ……..

/изписва се името на участника/

- ……..……..

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Дата:

Наименование на участника:

Име и фамилия:

Длъжност:

Подпис:

Печат: