МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"

Рег. № 198300-6123 екз. № 44
14.10.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П А З А Р Н А К О Н С У Л Т А Ц И Я

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР (ГДПБЗН-МВР) провежда пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на калориметрична бомба за киселинни газове" на основание чл. 44 и за определяне прогнозна стойност на обществената поръчка, съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, при следните условия:

1. Описание на предмета: „Доставка и монтаж на калориметрична бомба за киселинни газове".

2. Място за извършване на доставката и монтажа: ГДПБЗН-МВР, ул. "Огнеборец" № 1, гр. София.

При проявен интерес, моля в срок до 17,30 часа на 25.10.2019 г. да представите Вашето предложение по приложения образец № 1 на e-mail: skstoyanova.160@mvr.bg, факс: +359 2 8688115 или на адрес гр. София, ул. "Никола Габровски" № 30, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

ПРИЛОЖЕНИЕ: Предложение – приложение /образец № 1/.

ДИРЕКТОР:
СТАРШИ КОМИСАР
Заличено на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП
Александър Джартов
Заличено на основание
чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Образец №1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ" ПРИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР
ГР. СОФИЯ, УЛ. "ПИРОТСКА" № 171А

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на калориметрична бомба за киселинни газове" на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

От.....,
(наименование на участника)
седалище и адрес на управление .....,
ЕИК .....
представлявано от .....
(трите имена)
в качеството на .....
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като се запознахме с посочените от Вас условия за изпълнение на поръчката, посочени в пазарна консултация рег. № 1983..-...../ .....2019 г., правим настоящето предложение за доставка на лабораторно оборудване и консумативи:

Доставка на лабораторно оборудване	Мярка	Количество	Цена в лева, без включен ДДС	Цена в лева с ДДС
1.Калориметрична бомба за киселинни газове, съгласно EN ISO 1716, автоматична апаратура. Калориметричната бомба трябва да бъде конструирана със следните характеристики: a) обем: (300 ± 50) mℓ; b) маса, не по-голяма от 3,25 kg; c) дебелина на обвивката: най-малко 1/10 от вътрешния диаметър на тялото на калориметричната бомба. Капакът да побира тигела и електрическото запалващо устройство. Капакът, включително всички уплътнения, трябва да е в състояние да издържи на вътрешно налягане не по-малко от 21 MPa.	брой	1		
1.1 Калориметър 1.1.1 Риза Ризата трябва да представлява съд с двойни стени, който е топлинно изолиран, заедно с изолиран капак. Ризата е напълнена с вода. Размерите на ризата трябва	брой	1		

да са такива, че около калориметричния съд да има свободно пространство най-малко 10 mm. Калориметричният съд трябва да бъде подпрян върху възможно най-малка площ от изолиращ материал, за предпочитане в 3 точки. При адиабатна калориметрична система в съда трябва да е монтирана система от нагревател и термометър, така че температурата на водата в ризата да се поддържа същата като на водата в калориметричния съд. Температурата на водата в ризата трябва да се поддържа постоянна.				
1.1.2 Калориметричен съд Калометричният съд трябва да се състои от полиран метален съд с капак, проектиран да побира бомбата. Размерите трябва да бъдат такива, че бомбата да може да бъде изцяло потопена във вода.	брой	1		
1.1.3 Бъркалка Бъркалката трябва да бъде задвижвана от двигател с постоянна скорост. За да се предотврати пренасяне на топлина към и от калориметъра, задвижващият вал на бъркалката трябва да има топлинно изолиран участък в уплътнението между капака на ризата и ризата. Приемлива алтернатива е магнитно разбъркващо устройство с подобни характеристики.	брой	1		
1.2 Уред за измерване на температура Уредът за измерване на температурата трябва да има възможност да осигури разделителна способност 0,005 K. Когато се използва живачен термометър, той трябва да има деления най-малко от 0,01 K и да има устройство, например леща, за да може да прави отчети в рамките на 0,005 K. Трябва също да се използва механичен вибратор за внимателно почукване на термометъра, за да е сигурно, че живачният стълб няма да засяда.	брой	1		
1.3 Тигел Тигелът трябва да е направен от метал, като платина, никел, корозионноустойчива стомана или кварц, с плоска основа, диаметър 25 mm (максималният размер за тигел с форма на пресечен конус) и височина от 14 mm до 19 mm. Препоръчват се следните дебелини на стените: - метал: 1,0 mm; - кварц: 1,5 mm.	брой	1		
1.4 Електрически източник на енергия Електрическият източник на енергия трябва да бъде избран с напрежение в запалителната верига, непревишаващо 20 V при запалването. ЗАБЕЛЕЖКА: Във веригата трябва да бъде добавен амперметър, за да отчита прекъсване на възпламеняващия кабел. Към подаващата верига е полезно да бъде добавен прекъсвач.	брой	1		
1.5 Везни - везна е аналитична с точност от 0,1 mg; - везна е с точност от 0,1 g.	брой	 1 1		
1.6 Устройство за приготвяне на "цигара" Устройството включва: матрица и метален дорник (не се допуска да е от алуминий) . Устройството трябва да може да приготвя цигари с минимални размери 55 mm × 50 mm.	брой	1		
1.7 Устройство за изработване на пелети Подходящо устройство за изработване на пелети.	брой	1		
1.8 Запалваща тел	метри	10		

Тел изработена от чисто желязо с диаметър 0,1 mm. Допускат се и други видове метална тел (например от платина, никел или хром)				
1.9 Стандартен референтен материал за калориметрия Бензоена киселина	грам	100		
1.10 Хартия за цигари Хартия за цигари, предварително залепена и с минимални размери 55 mm x 50 mm, с известна топлина на изгаряне.	брой	1000		
1.11. Апаратура, отчитаща, регистрираща, визуализираща и архивираща данни от изпитвания по EN ISO 1716	-	-		
1.11.1. Компютърна конфигурация за събиране, отчитане, обработка, визуализиране и архивиране на данни.	брой	1		
1.11.2. Специализиран лицензиран софтуер, съгласно EN ISO 1716	брой	1		

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ:

1. Място за извършване на услугата: ГДПБЗН-МВР, сграда на отдел ЦИЕ, находяща се на адрес гр. София, кв. „Карпузица“, ул. „Огнеборец“ №1.

2. При доставката ще извършим монтаж, апробация и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване по EN ISO 1716 в срок до ……;

3. При доставката ще предоставим техническа документация (4 копия – две от копията да са английски език и две на български език) удостоверяваща съответствието на доставеното изпитвателно оборудването с EN ISO 1716, както и ръководства (инструкции) за експлоатация на български език: процедури за нормална експлоатация, мерки за безопасност, установяване на неизправности и конкретни дейности за отстраняването им от страна на обслужващото лице;

4. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставеното лабораторно оборудване е ……;

5. Срокът и периодът за извършване на сервизно обслужване на лабораторното оборудване в гаранционния срок са……;

6. Условия за след гаранционно сервизно обслужване на лабораторно оборудване: …….....

Валидността на нашето предложение е със срок …..... дни.

Упълномощен да подпише предложението от името на: ……

/изписва се името на участника/

- ……

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Дата:

Наименование на участника:

Име и фамилия:

Длъжност:

Подпис:

Печат: